

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2020

İlan No : 2020-02-708
İstcm No : 52450
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/02/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MASKE, TÜBERKÜLOZ	1500	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.


NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2. KEZ PIYASAYA ÇIKILMIŞTIR

MASKE, TÜBERKÜLOZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maskeler EH 149 standartlarına uygun FFP2 sınıfında olmalıdır.
2. Maskeler İngiliz Standartları Enstitüsü tarafından verilmiş olan EC tipi test belgesine sahip olmalıdır.
3. Maskeler Avrupa Topluluğu Direktifi 89/686'nın 10 ve 11A maddelerinde belirtilen güvenlik gereklerine uygun olmalı, bu özelliği belgelenmelidir.
4. Maskeler katı zerrecik ya da su bazlı aerosollere karşı Avrupa Güvenlik ve Sağlık İdaresi'nin EH40 başlıklı rehberinde tanımlanmış olan eşik, sınır değer 12 katına kadar olan konsantrasyonlarda kullanılabilmesi, bu özelliği belgelenmelidir.
5. Kafa bantları polizopropen, burun mandalı alüminyum filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır.
6. Maskeler form bozukluklarının önüne geçici üç panelli tasarıma sahip olmalıdır.
7. Maskeler ince tozlara ve çapı 0,5 mikrona dek su bazlı aerosollere karşı korunma sağlanmalıdır.
8. Maskeler kafa yapısına uyumlu, ağız ve burun içine açılacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
9. Maskede hava geçişini sağlayacak herhangi bir valf sistemi olmamalıdır.


Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Enfeksiyon Hastalıkları
Dır. Tes No: 56983


Hems. Gülcan TURKMEN
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi

E 1.500 -)