

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

17/02/2020

İlan No : 2020-02-787
İstem No : 52531
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

JB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/02/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	NONABSORBE, MULTİFİLAMENT, POLYESTER, ATRAVMATİK, YUVARLAK, TEK İĞNE, NO:5, 50-55MM, 75-90CM	108	Adet					
2	NONABSORBE, MONOFİLAMENT, POLYAMİD, ATRAVMATİK, YUVARLAK, TEK İĞNE, NO:8/0, 5-6MM, 13-15CM	36	Adet					
3	ABSORBE, MONOFİLAMENT, POLİDİOKSANON VEYA POLYGLİKONAT, ATRAVMATİK, YUVARLAK, TEK İĞNE, NO:4/0, 15-18MM, 70-80CM	72	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemeilerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İletişim: Telefon: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

İmza: ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2. Kez
Diyarbakır
Gökirmişler

**NONABSORBE, MULTİFİLAMENT, POLYESTER, ATRAVMATİK, YUVARLAK,
TEK İĞNE, NO:5, 50-55MM, 75-90CM**

**1-SENTETİK MULTİFİLAMENT ABSORBE OLMAYAN SÜTÜR TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. Malzeme içeriği polyester olmalıdır.
2. Multifilament yapıda olmalıdır
3. Süturun yüzeyi pürüzsüz olmalı, tüylenmeye karşı dayanıklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.
4. İğneler dokudan kolayca geçebilmeli ve çoklu geçişler için her geçişte aynı özeliği korumalıdır. İğne sütur uyumu bire bir olmalıdır.
5. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için çelik alaşımdan imal edilmelidir.
6. İğneler; paket içinde görülebilir bir yerde ve sabit olmalıdır.

Prof. Dr. Abdullah MILCAN
Mez. Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
No: 15 / No: 18647/22115

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ
Mez. Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
No: 15 / No: 18647/22115

**NONABSORBE, MONOFİLAMANT, POLYAMİD, ATRAVMATİK, YUVARLAK,
TEK İĞNE, NO:8/0, 5-6MM, 13-15CM**

2-CERRAHİ SÜTUR POLYAMİD (NYLON) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme Polyamid olmalıdır.
2. Sentetik, monofilament yapıda olmalıdır.
3. Absorbe olmayacak kolay düğüm tutacak ve vücutta reaksiyon göstermeyecektir.
4. Sütur yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanıklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.
5. Sütur iğnesinin şekli dairenin 3/8 i kadar olmalıdır
6. İğne dokudan geçtikten sonra sütur kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemeli ve tiftiklenme yapmamalıdır.

Prof. Dr. Abdülhak MİLCAN
Mersin Onkolojisi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Diyarbakir 76100/22411

Prof. Dr. Gengiz YILMAZ
Mersin Onkolojisi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Diyarbakir 76100/22411

Dr. M. M. TASHKINLAR
Medikal Tesis Hastanesi
Dip. Tes. No: 106851-71597