

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

17/02/2020

İlan No : 2020-02-789
İstem No : 52533
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Vc Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/02/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	POLYPROPYLEN (PROLEN), ATRAVMATİK, SPATÜL, ÇİFT İĞNE, NO:10/0, 20-30CM, LOOP	36	Adet					
2	NONABSORBE, MONOFİLAMENT, POLYAMİD, ATRAVMATİK, YUVARLAK, TEK İĞNE, NO:11/0, 3-5MM, 12-15CM	12	Adet					
3	ABSORBE, MULTİFİLAMENT, POLYGLACTİN VEYA LAKTOMER, ATRAVMATİK, YUVARLAK, TEK İĞNE, NO:1, 24-29MM, 70-80CM	36	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemeilerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-**Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

rtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

İdarer ÇUKUR
İstane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2. Kez Piyasaya
Gökülmüştür.

1-POLYPROPYLEN (PROLEN), ATRAVMATİK, SPATÜL, ÇİFT İĞNE, NO:10/0, 20-30CM, LOOP

SENTETİK POLYPROPYLEN CERRAHİ SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sütür göz cerrahisinde skleral fixasyonlu lens uygulanmasında kullanılmak için üretilmiş monofilaman yapıda 10-0 boyutunda mavi polipropilen olmalıdır.
2. PC-9 tipinde olmalıdır.
3. İğne, 15.00-15.50 mm arası uzunlukta, $\frac{1}{4}$ daire şeklinde, 90 derece, iğne kalınlığı 0.20-0.25 mm arası, yuvarlak, loop sütür, poşette çift olmalıdır.
4. Sütür uzunluğu 20-30 cm olmalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi Özer DURSUN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göz Polikliniği
Dip. Tıp. No: 121200

Prof. Dr. Ayça YILMAZ
Göz Hastalıkları Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Hastalıkları
Dip. Tıp. No: 121200

2

NONABSORBE, MONOFİLAMENT, POLYAMİD, ATRAVMATİK, YUVARLAK, TEK İĞNE, NO:11/0, 3-5MM, 12-15CM

2- CERRAHİ SÜTUR POLYAMİD (NYLON) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme Polyamid olmalıdır.
2. Sentetik, monofilament yapıda olmalıdır.
3. Absorbe olmayacak kolay düğüm tutacak ve vücutta reaksiyon göstermeyecektir.
4. Sütur yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanıklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.
5. Sütur iğnesinin şekli dairenin 3/8 i kadar olmalıdır
6. İğne dokudan geçtikten sonra sütur kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemeli ve tiftiklenme yapmamalıdır.

Prof. Dr. Abdullah MİLCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Doküman No: 18647/22115

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji

**ABSORBE, MULTİFİLAMENT, POLYGLACTİN VEYA LAKTOMER,
ATRAVMA TİK, YUVARLAK, TEK İĞNE, NO:1, 24-29MM, 70-80CM**

**3-SENTETİK MULTİFİLAMENT EMİLEBİLEN POLYGLACTİN CERRAHİ SÜTUR
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Sentetik multifilament cerrahi iplik polyglaktin sınıfı olmalıdır.
2. Malzeme içeriği %90 poliglikolik asit + %10 polilaktik asit veya %100 poliglikolik asit türevi olmalıdır.
3. Emilebilen materyal olmalıdır.
4. Ortalama 3-4 hafta doku desteği sağlamalıdır.
5. Malzeme ortalama 8-9 haftada vücuttan tamamen atılmalıdır.
6. İstenilen nitelikte iğne ipliğe takılı olmalı, iğne – iplik birleşim yeri dokudan geçiş sırasında travma oluşturmamalıdır.
7. İğneler dokudan kolayca geçebilmeli ve çoklu geçişler için her geçişte aynı özelliği korumalıdır.
8. İplik kullanım sırasında filamanlarına ayrılmamalıdır (tiftiklenmemelidir) ve kolay kopmamalıdır.
9. İğne suture uyumu bire bir olmalıdır.
10. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için çelik alaşımdan imal edilmelidir.
11. İğneler; paket içinde görülebilir bir yerde ve sabit olmalıdır.

Prof. Dr. Abdullah MİLCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Fakültesi
0312 221 11 11

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Fakültesi