

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

20/02/2020

İlan No : 2020-02-879
İstem No : 52645
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

67

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/02/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ACDC KARTI, VENTILATÖR İÇİN	1	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; Mikrobiyoloji Laboratuvarında kullanılan DİSTİLE SU CİHAZININ bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,

- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,

- Teknik Servis yeterlilik belgesi

- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir marka tescil belgesinin veya tek yetkili belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl yada noter tasdikli suretlerinin

Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.

verilmesi,

TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**İLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI
DİR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

at Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
t opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

ır ÇUKUR



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başmüdürlüğü



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Ventilatör	
	Marka :Maquet	
Kalp Ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi	Model : Servo-İ	
	Seri No : 78017	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 18.02.2020	Var [] Yok [X]	Var [X] Yok []

Açıklama; Cihaz açılmamaktadır. Yapılan kontrolünde "AC-DC Dönüştürücü" kartının arızalı olduğu tespit edilmiştir. Kartın tamiri mümkün olmadığından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

1 Adet AC-DC Dönüştürücü Kart

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL MED Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Biyomedikal Tekniker	 KAYHAN DUMAN TEKNİK SORUMLUSU	 Hasan BİLEN Teknik Servis Sorumlusu

Açıklama	
----------	--

AC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜ KART TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kart, MAQUET marka SERVO-İ model ventilatör cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Kart, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Kart, CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 4-Kart, en az 6(Altı) ay üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.

Selman ÖCAL
MED Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Biyomedikal Tekniker

KA. İ. ÖZMEN
KART