

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

02/03/2020

İlan No : 2020-02-953
İstem No : 52698
Alım No :
Talep Edilen Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : SARF MALZEME ALIMI

129

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/03/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DIYALİZÖR, YÜKSEK AKIMLI, SENTETİK, 1.3M ²	500	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DİYALİZÖR SENTETİK DÜŞÜK AKIMLI 1.3 M² TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEL
Halil Rahman EREN
Diyaliz Teknikeri

1. Dializörler Hollow-Fiber tipinde olmalıdır.
2. Dializör tek kullanımlık olmalıdır.
3. Diyalizör membran materyali, polysulfone veya poliamid, kuru tipte olmalıdır.
4. Dializör 1.3 m² yüzey alanına sahip olmalıdır.
5. Dializör 500 mmHg basınca kadar ve dış yapısı kırılma, çatlamalara karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Membran kalınlığı 20-60 mikron, priming volume 65-120 MI ve rezidüel kan volümü 1MI den fazla olmamalıdır.
7. Dializör biouyumlu bir niteliğe sahip olmalıdır. Bu açıdan aşağıdaki özellikleri göstermelidir.
 - a. Protein absorpsiyonu olmamalıdır.
 - b. Kompleman aktivasyonuna yol açmamalı.
 - c. Düşük trombojenisiteye sahip olmalıdır.
8. Dializör kan akımı 200-600 ml/dk, dializat akımı ise 400-800 ml/dk arasında fonksiyon gösterebilmelidir.
9. Malzeme orijinal steril ambalaj halinde teslim edilecektir. Her ambalajda; malzemenin ulusal bilgi bankası kod numarası, teknik özellikleri, sterilizasyon ve miad bilgileri bulunmalıdır.
10. Diyalizör sterilizasyon yöntemi minimum hasta reaksiyonuna yol açması nedeniyle buhar, inline buhar veya gama ışınlama ile yapılmış olmalıdır.
11. Dializörlerin miyadı en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
12. Dializör biofonksiyonel nitelikte olmalıdır. Bu açıdan üre, kreatinin, fosfor, B12 vitamini, invitro klirens, Kuf değerlerinin QB=300 ml/dk koşullarında, bilimsel olarak kabul edilen değerler düzeyinde olması gereklidir.

Halil Rahman EREN
Diyaliz Teknikeri

Prof. Dr. Ahmet A. KUTUB
MED Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hastalıkları-Nefroloji
Dip. Tes. No. :83744