

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

28/02/2020

İlan No : 2020-02-1017
İstem No : 52750
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : CİHAZ BAKIM ONARIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 03/03/2020 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ	1	Adet					

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir **marka tescil** Belgesinin veya **tek yetkili** belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl yada noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.


NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Lazer Cihazı		
Üroloji Ameliyathanesi	Marka :Quanta System		
	Model : Litho		
	Seri No : LHT 058-0614		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 20.02.2020	Var []	Yok [X]	Var []
			Yok [X]

Açıklama; Üroloji ameliyathanesinde kullanılmakta olan lazer cihazı, vakada kullanılan lazer fiberleri ve blast shieldi yakmaktadır. Cihazın gerekli arıza tespiti ve bakımının ilgili firma tarafından yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL MERSİN Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Tekniker	 Kayhan DİMEK MERSİN Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Tekniker	 Hasan BİLİR MERSİN Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Tekniker

Açıklama	
----------	--