

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

27/02/2020

İlan No : 2020-02-1008  
İstem No : 52758  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Kan Merkezi / Kan Merkezi  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/03/2020 15:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|--------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | KAN TORBASI, ÜÇLÜ  | 100    | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

rtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571  
iyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

erdar ÇUKUR  
lastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

2. Kez Piyasaya  
Çıkarılmıştır

## Üçlü Kan Torbası Teknik Şartnamesi

1. Tam kanın alınması, saklanması ve transfüzyonunda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Torba sistemi üzerinde (serolojik, kan grupları vs gibi) testleri çalışmak için vakumlu tüplere sistemin sterilitesi bozulmadan sistem eklenmiş ve iğne ucu korumalı olmalıdır.
3. Kan torbası iğnesi 16 G ve silikonla kaplanmış, ağrısız kan almaya uygun, eğimli, pürüzsüz olmalı, plastikten yapılmış kapağı bir kez açıldıktan sonra tekrar kapatılamamalıdır.
4. Kan alma hortumu en az 100 cm uzunluğunda, kalınlığı 4 mm olmalı ve üzerinde belirli aralıklarla numune alımına uygun şekilde düzenlenmiş torba ile aynı seri numarası bulunmalıdır. Bu seri numarası ek torbalarda da olmalıdır.
5. Kan torbaları üzerinde tercihen Türkçe yazılmış dayanıklı yapıda bir etiket bulunmalıdır. Etiket, ısı değişikliklerinde ve nemli ortamlarda torbadan ayrılmamalıdır. Etiket üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi yer almalıdır. Son kullanma tarihi torbaların teslim edildiği andan itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
6. Torba-ek torba hacmi ve içerisindeki antikoagülan solüsyon miktarı uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
7. Torba plastiği PVC ve içerisindeki çözeltinin kolayca görülebilmesine uygun olmalıdır.
8. Torba içerisinde antikoagülan olarak CPD ek torbada ise SAG-M veya ADSOL solüsyonu bulunmalıdır.
9. Ambalaj direkt ısı ve ışık ile temasın önlenmesi için aliminyum olmalıdır. Torbalar arasında nemlenmeyi ve yapışmayı önleyecek seperatör bulunmalı, ambalaj vakumlanmalıdır. Paketler üzerinde torba üzerindeki etiket bilgileri bulunmalıdır.
10. Malzemeler sağlam koliler içerisinde teslim edilmeli, koliler üzerinde torba bilgileri yer almalıdır.
11. Malzemenin tüketimi sırasında hatalı, bozuk, yırtık ambalaj ya da ürün ile karşılaşıldığında sağlamları ile ücretsiz olarak değiştirilmelidir.
12. Kan torbaları, kanın santrifüjünden sonra optik sensör ile otomatik olarak eritrosit, buffy coat ve plazmasına ayrılabilmesine imkan vermelidir..
13. Kan torbaları alt-üst çıkışlı olmalıdır.
14. Kan torbaları 5000 g'lık santrifüj hızına dayanıklı olmalıdır.

Yivolog Tuğba TERİ  
MEU Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
İç Hastalıkları Hematoloji  
Bölümü

Prof. Dr. Eyüp Naci HİRTİK  
MEU Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
İç Hastalıkları Hematoloji  
Bölümü