

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

02/03/2020

İlan No : 2020-03-1039
İstem No : 52793
Alım No :
Talep Eden Birim : POLİKLİNİK DEPOLARI / Algoloji Poliklinik Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIM

GR

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/03/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	ELEKTROD, TENS CİHAZI, ALGOLOJİ	1000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TENS CİHAZI ELEKTROT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Elektrot üzerinde elektrot kablosunun takılması için en az 2-3 cm uzunluğunda uygun kablo girişi olmalıdır.
- 2-Elektrot üzerinde yapışma özelliğini sağlayan jeli olmalıdır.
- 3-Elektrot kirlendiği zaman su veya nemli bezle silinebilmelidir.
- 4-Elektrot en az 15 tedavi seansı kullanılabilir olmalıdır.
- 5-Elektrot 5x5 cm kare ölçülerinde olmalıdır.
- 6-Algoloji BD'nda bulunan Ati marka tens cihazıyla uyumlu olmalıdır.
- 7-Ürün cihazın orijinal elektrodu olmalıdır.
- 8-Teslimattan önce Algoloji BD'ndan uygunluk alınmalıdır.

Dr. Aydin Mustafa AIZOĞLU
T.C. İstanbul Üniversitesi Hastanesi
Nefroloji ve Reninasyon

Prof. Dr. S. Üner RUMELATCI
 NİĞDE SÖĞÜK
 ve Uygulama Merkezi
 Ankaraspor ve Rekreasyon A.Ş. Alapay A.Ş.
 D.P. Tel. No. 51562