

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

11/03/2020

İlan No : 2020-03-1165
İstem No : 52843
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/03/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TANSİYON MANŞONU, MONİTÖR İÇİN	158	Adet					
2	KABLO, SPO2	30	Adet					
3	KABLO, EKG, REUSABLE, PHİLİPS MARKA CİHAZ UYUMLU	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TANSİYON MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurumumuzda mevcut Philips marka Goldway modelli hastabaşı monitöre uyumlu olmalıdır.
2. Manşon boyu ;
 - 42.0 – 54.0 cm 12 adet
 - 34.0 – 43.0 cm 16 adet
 - 27.0 – 35.0 cm 20 adet
 - 20.5 – 28.0 cm 45 adet
 - 14.0 – 21.5 cm 40 adet
 - 10.0 – 15.0 cm 25 adet
3. Tansiyon manşonu basınca dayanıklı ve kaplama malzemesi cilde zarar vermeyen kolayca temizlenebilir ve terleme yapmayacak kumaştan olmalıdır.
4. Manşon tansiyon hortumlarına rahatlıkla bağlanabilmelidir.
5. Tansiyon manşonu kol üzerinde ayarlanabilen en az ölçüm mesafesi uzunluğunda yapıştırıcılı olmalıdır.

Kayhan DİKMEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen

Nurettin DİNÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

SPO2 KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. SPO2 kablo Philips Marka Goldway model hastabaşı monitörde kullanıma uygun olmalıdır.
2. SPO2 kablo su geçirmez yapıda olmalıdır.
3. SPO2 kablo sıvı dezenfektanlarla dezenfekte edilip tekrar kullanıma uygun olmalıdır.
4. SPO2 kablo pediatrik hastalarda çok amaçlı (Multi-side) kullanılabilir özellikte ve yapıda olmalıdır.
5. SPO2 kablo dolaşımı bozuk, ödemli hastalarda doğru ölçüm yapabilir özellikte olmalıdır.
6. Hasta cildini tahriş etmemelidir.
7. Kablonun uygunluğunun verilebilmesi için sipariş öncesi numune gönderilmesi gerekmektedir.

Kayhan DİKMEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen

Nurettin DİNÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EKG kablosu Philips marka Goldway model hasta başı monitörlere uyumlu olmalıdır.
2. EKG kablosu 3 uçlu ve pediatrik olmalıdır.
3. EKG kablosunun her iki ucunda renk kodları olmalıdır.
4. EKG kablosu CE belgeli olmalıdır.
5. Kablonun uygunluğunun verilebilmesi için sipariş önce numune gönderilmesi gerekmektedir.

Kayhan DİKMEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tekniyen

Nurettin DİNÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker