

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

11/03/2020

İlan No : 2020-03-1169
İstem No : 52849
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/03/2020 15:00:00

5

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM KİTİ, PM1, STERİL PLAZMA CİHAZI	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

GAZ PLASMA STERİLİZATÖRÜ 100NX PM 1 KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek bakım kiti hastanemizde bulunan ASP/STERRAD Marka 100NX Model Hidrojen Peroksit Gaz Plasma Sterilizatörüne tam uyumlu orijinal bakım kiti olmalıdır.
2. Teklif edilen bakım içerisinde PM1 bakım kiti mevcut olmalıdır. Aşağıda belirtilen parça, ekipman ve sarf malzemeleri içermelidir;
 - Vakum Pompası Koruyucu Yağ
 - Yağ Buharı Filtresi
 - Hava Filtresi
 - Çember Plastikleri
 - Transfer valf
 - Transition valf
3. Teklif edilen bakım içerisinde, yukarıda belirtilen malzemelerin değişimi yanı sıra aşağıda belirtilen test ve uygulamalar yapılmalıdır;
 - Sistem kaçak testi
 - LFPS2 testi
 - Sıcaklık sensörleri kalibrasyonu
 - H2O2 lamba testleri
 - Uv lamba kalibrasyonu
 - Cihazın kontrolleri yapılıp, test belgesi sunulmalı
4. Teklif verecek firmalar, bakım kitini uyguladıktan sonra, cihaz üzerinde yapılması gereken tüm software kalibrasyonu, ayar ve yeniden devreye alma işlemlerinin tümünü gerçekleştireceklerdir.
5. Bakım kiti, üretici firmasının yetkili servis elemanı tarafından cihaza monte edilecektir. Servis elemanın üretici firmadan almış olduğu **güncel** eğitim sertifikası teklifle beraber sunulmalıdır.
6. Firma, TSE 12426 Yetkili Servisler belgesini sunmalıdır.
7. Teklif verecek firmalar Üretici Firmanın veya Türkiye Genel Distribütörü Firmanın vermiş olduğu yetkili satıcılık belgesine sahip olmalıdır.

Selman ÜCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Kayhan ÖZKİMAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tekniker