

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

13/03/2020

İlan No : 2020-03-1206
İstem No : 52873
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Girişimsel Radyoloji Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI



Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/03/2020 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ELEKTROD PROBU, ABLASYON, MİKRODALGA, LİNEER, 14G, 15-20CM	2	Adet					
2	ELEKTROD PROBU, ABLASYON, MİKRODALGA, LİNEER, 16G, 15-20CM	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

PERKÜTAN ABLASYON PROBU VE BİLİYER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Perkütan ablasyon probu lezyona göre 14 veya 16 gauge olmalıdır.
2. Perkütan ablasyon probunun lezyona göre 4 anten boyu olmalıdır 1,2,3 ve 4 cm.
3. Perkütan ablasyon probunun üzerinde cihazın ısıyı kontrol edebilmesi ve hastanın sağlam dokusunu yakmaması için ısı sensörü bulunmalıdır, ısı ölçümü için ekstradan ikinci bir proba ihtiyaç duyulmamalıdır .
4. Perkütan ablasyon probu doku içerisinde klinisyenin proba daha rahat pozisyon verebilmesi için esnek yapıda olmalıdır.
5. Perkütan ablasyon probu ısınmamalı bu sayede probun içerisinde her hangi bir soğutucu sistem bulunmamalıdır.
6. Perkütan ablasyon probu uzunluğu lezyona göre 15 cm veya 20 cm olmalıdır.
7. Perkütan ablasyon probunun birlikte kullanılacağı jeneratör ısı kontrollü ve gerçek zamanlı olarak ısı ölçümünü göstermelidir.
8. Jeneratör klinisyenin ayarladığı ısıda sabit kalmalı bu sayede dokunun belirlenen alanda ablasyonunu sağlamalıdır.
9. Perkütan ablasyon probu ile birlikte kullanılacağı jeneratör dokudan dönen empedansa göre dalga boyunu otomatik olarak 902-928 MHz aralığında ayarlayabilmelidir.
10. Perkütan ablasyon probu ile birlikte kullanılacak jeneratör ,probu soğutmak için ekstara soğutma ünitesine (pompası ,su seti) ihtiyaç duymamalıdır.
11. Hastanenin Perkütan mikrodalga biliyer ablasyon probu istemesi durumunda probun teknik özellikleri şu şekilde olacaktır.
12. Perkütan mikrodalga biliyer ablasyon probu 16 gauge olmalıdır.
13. Perkütan mikrodalga biliyer ablasyon probunun anten boyu 2 cm olmalıdır.
14. Perkütan mikrodalga biliyer ablasyon probunun anten kısmında radyoopak marker bulunmalıdır.
15. Perkütan mikrodalga biliyer ablasyon probu probu en az 6F introduserdan geçebilmelidir.
16. Perkütan mikrodalga biliyer ablasyon probunun üzerinde cihazın ısıyı kontrol edebilmesi ve hastanın sağlam dokusunu yakmaması için ısı sensörü bulunmalıdır, ısı ölçümü için ekstradan ikinci bir proba ihtiyaç duyulmamalıdır .
17. Perkütan mikrodalga biliyer ablasyon probu probu flexible yapıda olmalıdır.
18. Perkütan mikrodalga biliyer ablasyon probu ısınmamalı bu sayede probun içerisinde her hangi bir soğutucu sistem bulunmamalıdır.
19. Perkütan mikrodalga biliyer ablasyon probunun uzunluğu 90 cm olmalıdır.

Prof. Dr. Altan YILDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyoloji A.D.
Dip. Tes. No.: 10105

Prof. Dr. Engin KARA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyasyon Fizik A.D.
Dip. Tes. No.: 0415774343



T.C
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2020-03-1206

HARCAMA TALEP FORMU

İstem No: 52873

Bu bölüm alt birim yöneticisi tarafından doldurulacaktır.

Adı Soyadı	ENGİN KARA	İmza / Kaşe Prof. Dr. Engin KAR MERSİN Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Radyoloji Bölümü Dip. No: 541-174043
Ünvanı	Prof.Dr.	
Birimi	Radyoloji/Girişimsel Radyoloji Günübirlik	
Telefon Numarası		
Tarihi	02/03/2020	

Bu bölüm alt üst birim yöneticisi tarafından doldurulacaktır.

Adı Soyadı	FERAMUZ DEMİR APAYDIN	İmza / Kaşe Prof. Dr. F. Demir APAYDIN MERSİN Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Radyoloji Bölümü Dip. No: 16031
Ünvanı	Prof.Dr.	
Birimi	Radyoloji/Girişimsel Radyoloji Günübirlik	
Telefon Numarası		
Tarihi	02/03/2020	

Sıra	Satınalma Kodu	Malzemenin Adı	Miktar	Birimi	Sut Kodu / Sut Fiyatı	GMDN Kodu
1	533772	ELEKTROD PROBU, ABLASYON, MİKRODALGA, LINEER, BÜYÜK, 20CM, 14G, 15-20 CM	02	Adet	GR1268-4200	61286
2	533773	ELEKTROD PROBU, ABLASYON, MİKRODALGA, LINEER, BÜYÜK, 16CM, 14G, 15-20 CM	02	Adet	GR1268-4200	61286
Dosya No: Başvuru No: Adı: GEREKÇE						

Mersin Üniversitesi Hastanesi Radyoloji / Anjiyografi biriminde kullanılmak üzere	
Stok Kont. Ve Sat. Plan. Mem. Adı Soyadı İmzası Sibel ÖZET Stok Kontrol ve Satınalma Planlama Bilgi İşlemci İşletmeni	Ambar Memurunun Adı Soyadı İmzası
Stok Miktarı Yıllık Tüketim Miktarı, son alış tarihi, son alış fiyat ve ihale bilgileri gibi tüm bilgiler ekte sunulmuştur.	
ONAY	
Başmüdür .../.../20...	Başhekim yrd. .../.../20...

Not :

- 1-Satın alınacak malzemeler için 2 nüsha harcama talep formu hazırlanmalıdır.
- 2-Satın alınacak malzemeler için 2 imzalı teknik şartname ekte verilmelidir.
- 3-Makam onaylarından sonra satın alması uygun bulunan talepler, teknik şartname ile birlikte satın almayı gerçekleştirecek birime teslim edilecektir

E-Boş
13.03.2020

1179