

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

11/03/2020

İlan No : 2020-03-1151
İstem No : 52875
Alım No :
Talep Eden Birim : ANESTEZİ ve REANİMASYON DEPOSU / Anestezi Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/03/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SODALİME	150	Kg					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KARBONDİOKSİT ABSORBANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Soda lime, %78-84 oranında kalsiyum hidroksit, %2-4 sodyum hidroksit, %14-18 su ve %1'den az indikatör ethyl violet içermelidir, potasyum hidroksit içermemelidir.
2. Soda lime, içeriği organik uçucu kimyasal maddeler içermemelidir.
3. Absorban kullanım esnasında beyazdan menekşe rengine donmelidir.
4. Ürün klinik koşullarda karbonmonoksit, formaldehit gibi toksik yan ürünlerin oluşumuna yol açmamalıdır.
5. Soda lime, içeriğinde ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler içermemelidir.
6. Soda lime, beyaz yarımküresel ve her biri düzgün parçacıklardan oluşmalı ve bu sayede ekspire edilen hava kanisterin içinden eşit bir şekilde geçebilmelidir. Sodalime'in renk değişimi kanisterin zemininden yukarıya doğru olmalı ve böylece sodalime'in tamamen tükenmesi sağlanmalıdır.
7. Partiküler boyutu: 9 mm'den büyük % 0,
4 mm'den büyük % 7'den az,
4 – 2 mm arasında dengede
2 – 0,425 mm arasında % 15'ten az,
0,425 mm'den az %2'den az olmalıdır.
8. Düşük, minimal ve yüksek akımlarda kullanılmalıdır.
9. Sertlik derecesi % 75'ten büyük olmalıdır.
10. Kullanım sırasında kesinlikle granülasyonu bozulmamalı, tozlanma yapmamalıdır, bu sayede solunum yoluna veya cihazın içine toz kaçıışı olmamalıdır.
11. CO2 tutma kapasitesi USP (United States Pharmacopeia) verilerine göre en az % 27 olmalıdır.
12. Ürünün raf ömrü en az 4 sene olmalıdır.
13. Ürün -20°C ile +50°C arasındaki sıcaklıklarda saklanabilmelidir.
14. Ürün üzerinde üretim ve son kullanma tarihi ile kullanım tavsiyeleri bulunan 5 litrelik bidonlarla verilmelidir.

Prof. Dr. Nurcan DORUK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.
Dip. Tes. No.: 51703

Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa AZİZOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 99631