

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

11/03/2020

İlan No : 2020-03-1147
İstem No : 52936
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 13/03/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BONE, AMELİYAT, UNİSEX	25000	Adet					
2	İNTRAKET, NO:22	30000	Adet					
3	KOTER PLAĞI, DİSPOSABLE, PEDİATRİK	250	Adet					
4	LAM, RODAJLI	40000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

GENEL ŞARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

1-BONE, AMELİYAT, UNİSEX TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cerrahi ve klinik müdahalelerde çevreye bakteri engeli oluşturmamalıdır.
2. Çapraz fiberli olup, cildin hava almasını sağlarken, partiküllere engel oluşturmamalıdır.
3. Uzun kullanımda, başta terleme yapmamalıdır.
4. Dikişli görünümde, dokumasız olmalıdır.
5. Baş hava almalıdır.
6. Dayanıklı ve yırtılmaz olmalıdır.
7. Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif tüy dökülmemelidir.
8. Bonede yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalı, uzun saç içinde taşınmalı ve yırtılmamalıdır.
9. Bonenin başı çevreleyen kısmı lastikle overlok dikilmiş olmalı, lastik uzunluğu açıldığında en fazla 100 cm olmalıdır.
10. Bone lastiği esnek ve sıkı tespit edilmiş olmalı, esnetildiğinde birleşme yerlerinden ayrılmamalı, kopmamalıdır.
11. Bone kullanıldığında lastik kısım ciltte iz bırakmamalıdır.

2- İNTRAKET, NO: 22 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kanül teflon, virgin veya vialon veya poliüretan yapıda olmalıdır.
2. Ambalaj açıldığında iğne ile kanül bağlantısı gevşek olmamalıdır.
3. Plastik kısım ile iğne ucu arasındaki mesafe uygun olmalı, plastik kılıf iğne ucunu geçmemelidir.
4. Plastik kısmı damara girerken kılıf geriye kaçmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Metal kısım girerken ve çıkarırken cildi ve damarı travmatize etmemeli çıkarırken plastik kısımdan kolayca ayrılmalıdır.
6. Radyoopak özelliği taşınmalıdır.
7. Damara girildiğini anlayabilmek için kanın hazneye hemen gelmesini sağlayan sistem olmalıdır.
8. Kanül arkasında ayrılabilir kapak olmalıdır, kapak kendiliğinden açılmamalıdır.
9. İlaç vb gibi uygulamalar için enjeksiyon portu olmalı ve port kapaklı olmalı ve bağlantı kısmı damarda kaldığı süre boyunca kapaktan ayrılmamalıdır.
10. Terapi sırasında plastik kısmı damarda iken hareketini önlemek için musluk kapağı rahatça açılmalı ve tekrar kapanmalıdır.
11. Kanül serum seti, kan seti, üç yollu musluk, volumetrik infüzyon pompalarına ve enjektörlere uyumlu olmalıdır.
12. Kanül transparan kan tutuculu olmalıdır.
13. Kanülün tespitini kolaylaştırmak için yanlarında kanatlar olmalıdır.
14. Paketin içinde iğne uzantısını kapatacak kılıf olmalıdır.
15. Uluslararası renk kodlu olmalıdır.

Uzm. Hemş. Nazife NURSE
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı

Uzm. Hemş. Müjde MORAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı

— Anneliçoğlu —
Serra Harım

GENEL ŞARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

3-KOTER PLAĞI, DİSPOSABLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurumumuzda mevcut Covidien marka cihazla uyumlu olması gerekmektedir.
2. Plak hastanın cildine zarar vermeyecek şekilde yapıştırılabilir ve çıkartılabilir olmalıdır.
3. Plak çift çıkışlı olmalı ve plağın iletken kısmı birbirinden ayrı iki bölümden oluşmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi İsa KILIÇ
Mersin Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A.D.
Dip. No: 113992

Dr. Öğr. Üyesi Caner ERİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Çocuk Cerrahisi A.D.
Dip. No: 1302913


GENEL ŞARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

4-LAM, RODAJLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 25.4 x 76.2 x 1mm-1.2mm ebatlarında olmalıdır.
2. 1/3 buzlu çift tarafı rodajlı olmalıdır.
3. Üzerine yazılan yazılar silinmemelidir.
4. Işığı kırmayan A kalite camdan yapılmış olmalıdır.
5. Ürünü tozdan ve nemden koruyan ambalajda olmalıdır.
6. Üretici firma ve ürün bilgisi kutu üzerinde belirtilmelidir.
7. Lam üzerindeki yazı ve boya ısıdan, kimyasal solventlerden etkilenmemelidir.
8. Kurumumuzda mevcut ST5020 lam boyama cihazına ve kullanılan sepetlere de uygun özellikte olmalıdır.
9. Getirilen numune ile kutu içerisinden çıkan lamlar ebat, kalınlık ve rodaj açısından aynı olmalıdır. Uygunluk verildiği takdirde numune ve teslim edilecek diğer lamlar aynı özellikte olmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634



Dr. Öğrt. Üyesi Ferah TUNCEL
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No. 104881-38576

