

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

18/03/2020

İlan No : 2020-03-1298
İstem No : 53004
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Enfeksiyon / Çocuk Enfeksiyon Servisi
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 20/03/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAŞLIK OKSİJEN İÇİN, HOOD	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

BAŞLIK OKSİJEN İÇİN, HOOD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çocukların baş kısmından yerleştirilerek bebeğe istikrarlı ve düzgün oksijen akışını sağlamak amacıyla uygun özellikte olmalıdır.
2. Kolay depolanabilmesi için iç içe geçebilir özellikte olmalıdır.
3. Giriş kısmı düz diğer kısımları kubbe şeklinde olmalıdır.
4. IV sıvı hatları, oksijen analizörleri veya EKG hatları için taban kısmında, üstte ve yanda giriş portları bulunmalıdır.
5. Oksijen akışını hood un duvarına doğru yönlendirecek aparatı olmalıdır.
6. Üst portta silikon beslenme tüpü tutucusu bulunmalıdır.
7. En az 27cm x 27cm x 17.5cm ebatlarında olmalıdır.
8. Giriş kısmında bebek ile hood arasında tampon vazifesi görecek silikon, ayrılabilir ve kesilebilir perdesi bulunmalıdır.
9. Enjeksiyon kalıp polikarbonat materyalden mamul olmalı ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
10. Hood la birlikte 2 ad gaz deflektörü, 2 adet akım yönlendiricisi, 1 ad silikon kesilebilir özellikte perde (flap) verilmelidir.
11. Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

Uzm. Dr. Asuman AKAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Cocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Diyadin Telefon: 032515

Prof. Dr. Necdet KUYU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.
Diyadin Telefon: 29800-3551