

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

16/03/2020

İlan No : 2020-03-1263
İstem No : 53011
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlik
Konu : SARF VE LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 01/06/2020 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PIPET UCU, OTOMATİK, STERİL, RAKLI, 1-200µl	10	Adet					
2	ETİKET, KRİYOVİAL	6	Adet					
3	KRİYO KALEMİ	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2.KEZ İLANA ÇIKILMIŞTIR

53011 NO'LU İSTEME AİT TEKNİK ŞARTNAMESLER

1-PİPET UCU, OTOMATİK, STERİL, RAKLI, 1-200µl TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün raklı steril pakette olmalıdır.
2. 1-200 µl' lik otomatik pipete uygun olmalıdır.
3. Hücre kültüründe kullanılabilmesi, non toksik olmalıdır.
- 4-Pyrogen-free, RNAaz free, DNAaz free, ATP-free olmalıdır
- 5-Miyadı teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır

2- ETİKET, KRİYOVİAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Firma, ilgili portatif termal transfer etiketi kartuş şeklinde ribonuyla bir bütün olacak şekilde komple bir paket çözüm olarak sağlamakla mükelleftir.
2. Etiket ve ribon tek bir kartuş şeklinde bir bütün olarak gelmelidir.
3. Etiketler çipli olmalı ve yazıcı tarafından otomatik olarak tanınmalı, kalibrasyon ve ayar gerektirmemelidir.
4. Yazıcıda, kullanılan etiketle ilgili detaylı bilgiler otomatik yer alıyor olmalıdır.
5. Akrilik temelli bir yapışkana sahip ve beyaz renkli polyester olmalıdır.
6. 2002/95/EC numaları ROHS uyumlu olmalı ve ağır metal içermemelidir.
7. Pürüzlü ve düşük yüzey enerjili alanlara uygun olmalıdır
8. -196C° ve +130C° aralığında ısıya dayanıklı olmalıdır.
9. Sıvı nitrojen, dondurucu ve sıcak banyo uygulamasına dayanıklı olmalıdır. Ethanol, Toluene, Isopropyl Alkol, Xylene, %50 Asidik Asit, %10 olmalıdır.
10. Hidrokorik asit gibi kimyasallara dayanıklı olmalı ve test raporunda bu direnç yer almalıdır.

3- KRİYO KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün kriyojenik ısıya (-196 0C) dayanıklı ve kesinlikle silinmemelidir. Mavi ve siyah renklerde olmalıdır. Sıvı azot içinde, embriyo ve gonad hücrelerinin dondurup saklanması için kullanılan gereçlere etiketleme yapılacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Saniye TAĞA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Üye (Tüp Bebek) Merkezi
Dip. Tes. No.: 142

Dr. Öğr. Üyesi Saniye TAĞA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Üye (Tüp Bebek) Merkezi
Dip. Tes. No.: 142