

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

17/03/2020

İlan No : 2020-03-1285
İstem No : 53064
Alım No :
Talep Eden Birim : Gastroenteroloji / Endoskopi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 19/03/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SNARE KATETERİ, POLİPEKTOMİ, ENDOSKOPIK, 2.3MMX220CM-240CM	10	Adet					
2	SNARE KATETERİ, POLİPEKTOMİ, ENDOSKOPIK, FİLELİ, 2.5MMX230CM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1.SNARE KATATERİ, POLİPEKTOMİ, ENDOSKOPIK, 2.3MMX 220-240 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 2.8 mm çalışma kanalından geçebilmelidir.
2. Plastik dış kılıfı çıkabilmelidir.
3. Kement genişliği, 10-30 mm arasında olmalıdır.
4. 220-240 cm uzunlukta olmalıdır
5. Açılma gücü yeterli olmalıdır.

2.SNARE KATATERİ, POLİPEKTOMİ, ENDOSKOPIK, FİLELİ, 2.5MMX230CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polip çıkarmak için dizayn edilmiş olmalıdır
2. Filenin yapısı polipleri tutabilecek yapıda olmalı ve yakalanan poliplerin tekrar düşmemesi için tasarlanmış olmalıdır.
3. Disposable olmalıdır.
4. 2.8 mm'lik çalışma kanalından geçebilmelidir.
5. Filenin yaklaşık ölçüsü 3x6 cm olmalıdır.
6. Filenin güçlü tel yapısı olmalıdır.
7. File, sıvı ile temas halinde olduğu zaman yapışkan özellik göstererek polipleri tutma niteliğine sahip olmalı ve birden fazla polipi toplayarak çıkarabilecek nitelikte olmalıdır.
8. Tek elle manipülasyona izin verecek yapıda olmalıdır.

Prof. Dr. Engin ALTINTAS
M.E.Ü.T.F.İç Hastalıkları A.D.
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No.: 199 49 / 23417
Dip. Sicil No.: 46195

Uzm. Dr. Hatice RIZAOĞLU BALCI
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Gastroenteroloji Yandal/ Dahiliye Uzmanı
Dip. Tes. No : 130466