

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

20/03/2020

İlan No : 2020-03-1348
İstem No : 53074
Alım No :
Talep Eden Birim : Nöroloji / Uyku Odası
Konu : SARF MALZEME ALIM

AF

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 24/03/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	KOLLODİUM	10	Adet					
2	KEMER, SOLUNUM EFOR, 20M	2	Adet					
3	SENSÖR, OKSİMETRE	2	Adet					
4	EEG ELEKTRODU, UYKU BİRİMİ İÇİN	2	Paket					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KOLOGYUM TEKNİK ŞARTNAMESİ (S06527)

1. Malzeme 1 litrelik ambalajda olmalıdır.
2. Malzeme ithal olmalıdır.
3. Malzemenin ieriğinde %4 kollodion bulunmalıdır.
4. Malzeme EEG ve UYKU analiz laboratuvarlarında kullanıma uygun olmalıdır.
5. Malzeme zerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

Prof. Dr. Okan DOĐU
Mersin niversitesi Hastanesi
Nroloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No.: 21154-24622

Prof. Dr. M. Serhan SEVİM
Mersin niversitesi Hastanesi
Nroloji
Dip. Tes. No.: 21154-24622

SOLUNUM EFOR KEMERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ(S06116)

1. Herbir efor kemeri Embla S4000/S7000 ve Embletta uyku cihazları ile uyumlu olmalıdır.
2. Toplam 20 metre uzunluğunda ve her hasta için uygun uzunlukta kesilerek kullanılabilir olmalıdır.
3. Latex içermemelidir.
4. Her hasta için tek kullanımlık olmalıdır.
5. Dokuma lastik zemin içerisine monte edilmiş solunum eforunu algılayabilecek esnek ve iletken sinüzoidal metal tel içermelidir.

Prof. Dr. Okan DOĞU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nöroloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No.: 21154-24622

Prof. Dr. M. Serhan SEVİM
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nöroloji
Dip. Tes. No.: 21154-24622

OXIMETRE FLEX SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ (S09573)

1. Herbir sensör, Embla S4000/ S7000 tipi uyku kayıt ünitesine bağlanabilir olmalıdır.
2. Büyükler için tekrar kullanılabilir olmalıdır.
3. 300 cm. uzunlukta olmalıdır.
4. Oksijen saturasyonunu ve nabızı ölçebilir olmalıdır.

Prof. Dr. Okan DOĞU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nöroloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No.: 21154-24622

Prof. Dr. M. Serhan SEVİN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nöroloji
Dip. Tes. No.: 21154-24622

EEG ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ (S24670)

1. Herbir elektrod, Embla S4000/S7000 tipi uyku kayıt ünitesine bağlanabilir olmalıdır.
2. Her bir pakette 24 adet elektrod bulunmalıdır
3. Hastaya bağlanan kısım 10mm. çapında altın kaplama olmalıdır.
4. Cihaza bağlanan kısım 1.5mm. temas korumalı olmalıdır.
5. Tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır.
6. EEG kaydı için özel üretilmiş olmalı ve kablolar erimemelidir
7. EEG kablolarının boyu 200cm olmalıdır.

Prof. Dr. Okan DOĞU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nöroloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No.: 56016 Dip. No.: 5959

Prof. Dr. M. Serhan SEVİM
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nöroloji
Dip. Tes. No.: 21154-24622