

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

20/03/2020

İlan No : 2020-03-1346
İstem No : 53118
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

20

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/03/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MANŞON, TANSİYON HOLTER CİHAZI İÇİN	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TANSİYON HOLTER MANŞONU TEKNİK ŞARTNAME

1. Manşon klinik olarak valide edilmiş olmalı ve bu bilgi manşon ambalajında belirtilmiş olmalıdır.
2. Manşon CE belgesine sahip olmalı ve bu özellik manşon üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
3. Manşon üzerinde kullanım aralığı (ebat bilgileri) hem cm hemde inç cinsinden yazılı olmalıdır.
4. Manşon üzerinde doğru yerleştirilebilmesi için arter noktası belirtilmiş olmalıdır.
5. Manşon malzemesi basınca dayanıklı, cilde zarar vermeyen, latex, PVC, PEPH içermeyen malzemeden yapılmış olmalı ve anti alerjik özellikte olmalıdır.
6. Manşon üzerinde Latex, PVC, PEPH içermediği yazılı olmalıdır.
7. Manşon çok kullanımlı olduğu için uygun solüsyonlarla dezenfekte edilebilmeli ve hava kesesi çıkarılarak yıkanabilir özellikte olmalıdır.
8. Manşon hortumu tek girişli olmalı, erişkin için uygun hortum uzunluğuna sahip olmalı ve her bir manşon metal bağlantı (NBC soket) içermelidir.
9. Manşon üzerindeki yeri hassasiyetle belirtilmiş cırt cırtlı tutucu bantlar, çok sayıda açıp kapama sonucunda bile gerekli direnci koruyacak yapıda olmalıdır.
10. Manşon monitörizasyon boyunca hasta kolunda bükülmeden kalabilmeyi sağlamak amacıyla metal halka içermelidir.
11. Manşon 32-42 cm arası kullanıma uygun olmalıdır.
12. Manşon Firstmed marka ABPM-50 model tansiyon holteri ile uyumlu olmalıdır.

Halil Rahman EREN
Diyaliz Teknikeri

Prof. Dr. Ahmet Alpaz KILIÇ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hast. Nefroloji
Dip. Tes. No: 83744



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başmüdürlüğü




CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Tansiyon Holter Manşonu(2 Adet)		
Nefroloji Polikliniği Diyaliz Ünitesi	Marka :Firstmed Marka ABPM-50 model holter uyumlu		
	Model :		
	Seri No :		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 16.03.2020	Var []	Yok [X]	Var []
			Yok [X]

Açıklama; Manşonlar tansiyon ölçüm işlemini yapmamaktadır. Yapılan kontrollerinde manşonların delindiği ve hava kaçırdığı tespit edilmiştir. Tamirleri mümkün olmadığı için tarafımızca HEK'e ayrılmıştır.

Gerekli Yedek Parçalar:
2 Adet Tansiyon Manşonu

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
 Selman ÜCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Kayhan DİKMEN Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknisyeni	

Açıklama	
----------	--