

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

26/03/2020

İlan No : 2020-03-1425
İstem No : 53213
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/03/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TÜP, HEMOGRAM, YETİŞKİN	100000	Adet					
2	TÜP, PTZ, MAVİ KAPAKLI	18500	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma ıkkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç e Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait kklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
 - Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- ESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI
OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**
- İbat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571**
at opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

dar ÇUKUR
stane Müdür Yrd.

DT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

GENEL ŞARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

1-TÜP, HEMOGRAM, YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüpler kırılmaz plastik malzemeden, vakumlu ve steril olmalıdır.
2. Tüplerin açık ucu, tüp içindeki vakumu koruyacak şekilde lastik tıpa ve koruyucu kapak ile kapatılmış olmalıdır.
3. Tüplerin alt ucu kapalı ve silindirik şeklinde olmamalıdır.
4. Tüplerin kapak renkleri uluslararası renk kod sistemine göre mor renkte olmalıdır.
5. Tüpler en az 2 ml kan vakumlamalıdır ve K3 EDTA içermelidir.

2-TÜP, PTZ, MAVİ KAPAKLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüpler kırılmaz plastik malzemeden, vakumlu ve steril olmalıdır.
2. Tüplerin açık ucu, tüp içindeki vakumu koruyacak şekilde lastik tıpa ve koruyucu kapak ile kapatılmış olmalıdır.
3. Tüplerin alt ucu kapalı ve silindirik şeklinde olmamalıdır.
4. Tüplerin kapak renkleri uluslararası renk kod sistemine göre mavi renkte olmalıdır.
5. Tüpler en az 1,8 ml kan vakumlamalıdır.
6. Tüplerin içinde pıhtılaşmayı engelleyen % 3,2 oranında Sodyum Sitrat içermelidir.
7. Örnek içindeki karışım oranı 1/10 olmalıdır (1 birim Sodyum Sitrat, 9 birim kan).

Prof. Dr. Lütfü TAMER
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya A.D. Başk.
Dip No 36

Prof. Dr. M. Burak Yavuz ÇİMEN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip Tes No 2459