

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

28/04/2020

İlan No : 2020-04-1707
İstem No : 53227
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/04/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KOTER KALEMİ VE UCU, DİSPOSABLE	2250	Adet					
2	LANSET, METAL	5000	Adet					
3	LAVMAN SETİ	250	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.


NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

GENEL ŞARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

1-KOTER KALEMİ VE UCU, DİSPOSABLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurumumuzda mevcut Aesculap, Covidien ve Petaş marka cihazlarla uyumlu olması gerekmektedir.
2. Üzerinde koagülasyon ve kesme işlemleri için farklı renklerde düğmeler olmalıdır.
3. Cihaz kalem üzerinden kontrol edilmelidir.
4. Monopolar sistemlerde kullanılmalıdır.


Prof. Dr. Hakan CANBAZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
Dip. Teş. No: 45-47624

GENEL ŞARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

2- LANSET, METAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tekli ambalajlı paketlerde olmalıdır.
2. Uç kısmı cildi tahriş edecek şekilde pütürlü olmamalıdır. Paslanmaz çelik olmalıdır.

3-LAVMAN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Standart set içerisinde torba, kayganlaştırıcı jel ve örtü olmalıdır.
2. Tıbbi pvc'den yapılmış olmalıdır.
3. Torbası en az 1500 ml. kapasiteli olmalıdır.
4. Torbanın açık olan arka kısmında askı yuvaları bulunmalıdır.
5. Torba 250 ml. de bir derecelendirilmiş olmalıdır.
6. Torbanın ucundan itibaren en az 135cm uzunluğunda hortum bulunmalıdır.
7. Hortumun uç kısmı açık ve yuvarlatılmış atravmatik olmalıdır.
8. Hortumun uç kısmına yakın yerde sarmal iki delik olmalıdır.


Uzm. Hemş. Gülşen Nurşen ÇAVDAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı


Uzm. Hemş. Müjde MORAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Hemşirelik Hizm.
Koordinatör Yrd.