

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

01/04/2020

İlan No : 2020-04-1509
İstem No : 53324
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Yoğun Bakım / Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 03/04/2020 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ, PEDIATRİK	30	Adet					
2	İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ, BÜYÜK BOY	30	Adet					
3	İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ, İNFANT	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

AEROCHAMBER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- pMDI adaptör giriş üniversal tipte olmalıdır.
- 2- pMDI ilaçlarının uygulanması için ara cihaz olarak kullanılmalıdır.
- 3- İç haznesi 150 ml olmalıdır.
- 4- Gövde yapısı Anti statik tipte olup, kullanım esnasında ilaç dış çepere yapışmamalıdır.
- 5- Yüze tam oturan silikon tipte maske olmalıdır.
- 6- Silikon maske burun üst kısmını kaplayacak yapıda olmalıdır.
- 7- Burnu kaplayan anatomik yapı dışarıdan bakıldığında belli olmalıdır.
- 8- Silikon maske içe doğru kıvrımlı olmalıdır, bu ve maskenin anatomik yapısı sayesinde yüzü tam mühürlemeli ve nefes alıp verme esnasında sadece içeriden ilaç çekimi sağlanmalıdır.
- 9- Silikon maske yapısı valfli sistemde olmalıdır, bu sayede maskeyi yüzden ayırmadan nefes alıp verildiğinden hazneden ilaç çekilip nefes verme esnasında hava dışarı atılmalıdır.
- 10- Pediatrik boy olan maske 1-5 yaş arası uyumlu olmalıdır.
- 11- Büyük boy olan maske 5 yaşından büyük çocuklara uygun olmalıdır.
- 12- İnfant boy olan 1 yaşından küçük çocuklara uygun olmalıdır.
- 13- Maskenin ön tarafında bulunan nefes sayım valfi nefesle hareket etmeli, bu sayede nefes takibi ve sayısı yapılabilir.
- 14- Ürün bulaşık makinesinde 70 °C'ye kadar yıkanabilir özellikte olmalıdır.
- 15- Ürün temizliği bulaşık deterjanı ile de rahatlıkla yapılabilir.
- 16- Ürün yaş grubuna göre renkli olmalıdır.
- 17- Ürün üzerinde markası ve anti statik özellikte olduğu belirtilmelidir.
- 18- Ürün Kanada menşeli olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALAKAYA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 129026

Prof. Dr. Ali Erhan ARSLANKÖYLÜ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 94113