

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

16/04/2020

İlan No : 2020-04-1623
İstem No : 53383
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 20/04/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MASA KONTROL KARTI, TOMOGRAFİ CİHAZI İÇİN.	1	Adet					
2	ZAMANLAYICI, TOMOGRAFİ CİHAZI İÇİN.	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesi Radyoloji biriminde bulunan TOSHIBA Marka AQUILON 64 MODEL Tomografi cihazında kullanılmak üzere yedek parça alınacaktır.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir marka tescil Belgesinin veya tek yetkili belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl yada noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR


CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : TOMOGRAFİ		
RADYOLOJİ	Marka : TOSHİBA		
	Model : AQUILION 64		
	Seri No : HCA07Y2999		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 03.04.2020	Var []	Yok [X]	Var [X] Yok []

Açıklama;

Cihazın masası çalışmamaktadır. Bakım anlaşması gereği cihaza yetkili servisi tarafından müdahale edilmiş olup masa kontrol kartı ile zamanlayıcı ünitelerinin değiştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
 Nurettin DİNÇER Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Kayhan DİKMİN Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknisyen	 Hasan BİLEN Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknisyen

Açıklama	
-----------------	--