

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

14/04/2020

İlan No : 2020-04-1598
İstem No : 53392
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/04/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GUIDE WIRE, PTCA, HİDROFİLİK, DÜZ, FLOPPY, 0.014", 150-195CM	200	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

GUIDE WIRE, PTCA, HİDROFİLİK, DÜZ, FLOPPY, 0.014", 150-195CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Boyu en az 150 cm, en fazla 195 cm, kalınlığı 0.014" olmalıdır.
2. Farklı lezyonlarda kullanımı kolaylaştırmak için yumuşak (floppy) olmalıdır.
3. Uç kısmı yumuşak J şeklinde veya düz olmalıdır.
4. Ayrıca distal uç kısmın şekli kolayca bozulmayacak şekilde üretilmelidir.
5. Proksimal kısmı PTFE ve benzeri materyel ile kaplanarak kayganlığı artırılmış, distal uç kısım silikon ve benzeri materyelle kaplanarak rezistansı azaltılmış olmalıdır.
6. Distal ucun en az 2,8 cm'lik bölümü radyoopak olmalıdır.
7. Wire gövdesi paslanmaz çelikten yekpare yapılmış olmalı, ekleme olmamalı, itilebilme ve yeterli şekilde torkabilite özellikleri bulunmalıdır.
8. Kullanılan malzeme belirtilen teknik özelliklere ve işlem esnasındaki kullanım kalitesine göre değerlendirilecek, uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı kalacaklardır.
9. Güçlendirilmiş gövde sayesinde itme gücü distal uca daha iyi transfer edilebilmeli, distal uç ihtiyaç olduğunda rahatlıkla damarlarda şekil almalıdır.
10. Lezyon geçişlerinde zorlanmamalı hedef lezyondan rahatlıkla geçebilmelidir. Uzayan işlemlerde tekrar kullanabilme imkânı sağlamalıdır.


Prof. Dr. Öben DÖVEN
Mersin Üni. Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip. No: 93-092-095


Prof. Dr. M. Necdet AKKUŞ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kardiyoloji A.D. Kardiyoloji ve İç Hast. Uzm.
Dip. Tes. No.: 7582