

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

14/04/2020

İlan No : 2020-04-1601
İstem No : 53432
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Seroloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/04/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	PİPET UCU, OTOMATİK, STERİL, RAKLI, 0.1-20µl	2000	Adet					
2	PİPET UCU, OTOMATİK, STERİL, RAKLI, 1-200µl	2000	Adet					
3	PİPET UCU, DNA FREE, STERİL, 1000?L	2000	Adet					
4	EPPENDORF, DNA/RNA FREE, 0.1-0.5ML	2000	Adet					
5	EPPENDORF, DNA/RNA FREE, 1.5ML	2000	Adet					
6	PİPET, OTOMATİK, 2-20µl	2	Adet					
7	PİPET, OTOMATİK, 20-200µl	2	Adet					
8	PİPET, OTOMATİK, 101-1000µl	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TEKNİK ŞARTNAME

1. EPPENDORF, DNA/RNA FREE, 0.1-05ML;
 1. 0,2 ml hacminde olmalıdır.
 2. Plastik sert malzemeden yapılı, ölçekli ve şeffaf olmalıdır.
 3. Kapaklı olmalı ve kapaklar kapatıldığında kolayca açılmamalıdır.
 4. Konik tabanlı olmalıdır.
 5. 500'lük ya da 1000'lik ambalajlarda olmalıdır
2. EPPENDORF, DNA/RNA FREE, 1.5ML;
 1. 1,5 ml hacminde olmalıdır.
 2. Plastik sert malzemeden yapılı, ölçekli ve şeffaf olmalıdır.
 3. Kapaklı olmalı ve kapaklar kapatıldığında kolayca açılmamalıdır.
 4. Konik tabanlı olmalıdır.
 5. 500'lük ya da 1000'lik ambalajlarda olmalıdır
3. PİPET UCU, DNA FREE, STERİL, 1000 MİKROLİTRE;
 1. RNAaz-free, DNAaz-free olmalıdır.
 2. Steril ve filtreli olmalıdır.
 3. Pipet uçları 100-1000 mikrolitre arası sıvı çekebilmelidir.
 4. Bir adet rack 96 adet uç içermeli, bir kutuda 10 adet rack bulunmalıdır.
 5. Laboratuvarımızda bulunan otomatik pipetlerle uyumlu olmalıdır.
4. PİPET UCU, OTOMATİK, STERİL, RAKLI, 0,1-20 MİKROLİTRE;
 1. RNAaz-free, DNAaz-free olmalıdır.
 2. Steril ve filtreli olmalıdır.
 3. Pipet uçları 0,5 - 0,10 mikrolitre arası sıvı çekebilmelidir.
 4. Bir adet rack 96 adet uç içermeli, bir kutuda 10 adet rack bulunmalıdır.
 5. Laboratuvarımızda bulunan otomatik pipetlerle uyumlu olmalıdır.
5. PİPET UCU, OTOMATİK, STERİL, RAKLI, 1-200 MİKROLİTRE;
 1. RNAaz-free, DNAaz-free olmalıdır.
 2. Steril ve filtreli olmalıdır.
 3. Pipet uçları 1-200 mikrolitre arası sıvı çekebilmelidir.
 4. Bir adet rack 96 adet uç içermeli, bir kutuda 10 adet rack bulunmalıdır.
 5. Laboratuvarımızda bulunan otomatik pipetlerle uyumlu olmalıdır.
6. PİPET, OTOMATİK, 101- 1000 MİKROLİTRE;
 1. Pipet 1000 mikrolitre hacim çekebilmelidir.
 2. Otomatik pipet genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır; pipetin tümü otoklavlanabilmelidir (121 °C'de 20 dakika'ya kadar).
 3. Pipet UV (Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır.
 4. Pipet ayarlanabilir hacimli olmalıdır.
 5. Pipet 2 hacimli butona sahip olmalıdır. Butonun ilk kademesi sıvıyı çekmek ikincisi ise pipetlemek için kullanılmalıdır.
 6. Pipet ayrı uç atma butonuna sahip olmalıdır.
 7. Pipet hacmi seçme butonu olmalıdır.
 8. Pipet kalibre edilebilir özellikte olmalıdır.

9. Pipet, pipet uçlarının doğru bir şekilde seçimini kolaylaştırmak için özel renk kodlamasına sahip olmalıdır.
7. PIPET, OTOMATİK, 2 - 20 MİKROLİTRE;
 1. Pipet 10 mikrolitre hacim çekebilmelidir.
 2. Otomatik pipet genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır; pipetin tümü otoklavlanabilmelidir (121 °C'de 20 dakika'ya kadar).
 3. Pipet UV (Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır.
 4. Pipet ayarlanabilir hacimli olmalıdır.
 5. Pipet 2 hacimli butona sahip olmalıdır. Butonun ilk kademesi sıvıyı çekmek ikincisi ise pipetlemek için kullanılmalıdır.
 6. Pipet ayrı uç atma butonuna sahip olmalıdır.
 7. Pipet hacmi seçme butonu olmalıdır.
 8. Pipet kalibre edilebilir özellikte olmalıdır.
 9. Pipet, pipet uçlarının doğru bir şekilde seçimini kolaylaştırmak için özel renk kodlamasına sahip olmalıdır.
8. PIPET, OTOMATİK, 20 - 200 MİKROLİTRE;
 1. Pipet 200 mikrolitre hacim çekebilmelidir.
 2. Otomatik pipet genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır; pipetin tümü otoklavlanabilmelidir (121 °C'de 20 dakika'ya kadar).
 3. Pipet UV (Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır.
 4. Pipet ayarlanabilir hacimli olmalıdır.
 5. Pipet 2 hacimli butona sahip olmalıdır. Butonun ilk kademesi sıvıyı çekmek ikincisi ise pipetlemek için kullanılmalıdır.
 6. Pipet ayrı uç atma butonuna sahip olmalıdır.
 7. Pipet hacmi seçme butonu olmalıdır.
 8. Pipet kalibre edilebilir özellikte olmalıdır.
 9. Pipet, pipet uçlarının doğru bir şekilde seçimini kolaylaştırmak için özel renk kodlamasına sahip olmalıdır.

Prof. Dr. Nuran DELIALIOĞLU
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 8631

Prof. Dr. Nuran DELIALIOĞLU
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 8631