

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

16/04/2020

İlan No : 2020-04-1630
İstem No : 53479
Alım No :
Talep Eden Birim : Neonatoloji / Yenidoğan Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIM

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/04/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MASKE, ORANAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON, T PARÇALI CANLANDIRICI SETİ İÇİN, KÜÇÜK BOY, 42MM	5	Adet					
2	MASKE, ORANAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON, T PARÇALI CANLANDIRICI SETİ İÇİN, KÜÇÜK BOY, 50MM	5	Adet					
3	MASKE, ORANAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON, T PARÇALI CANLANDIRICI SETİ İÇİN, KÜÇÜK BOY, 60MM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

MASKE, ORANAZAL BAĞLAMA SETİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON, T PARÇALI CANLANDIRICI SETİ İÇİN, 42MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Maske bölümde kullanılan Neopuff model yenidoğan resüsitasyon cihazına uygun olmalıdır.
- 2- Maske 42 mm çapında olmalıdır.
- 3- Maske sete kolayca takılabilmelidir.
- 4- Maske bebeğe zarar vermeye silikon özellikli olmalıdır.
- 5- Maskelerin tamamı ile birlikte 1 adet aşağıdaki özelliklerde hasta devresi vermelidir.
 - a. Cihazda ayarlanan PEEP değerinin ayar düğmesi hasta solunum devresinde bulunan T parçasının üzerinde hastaya en yakın yerde olmalıdır.
 - b. Hasta devresinin üzerinde bulunan delik sayesinde hastaya manuel olarak soluk verdirilebilmelidir.
 - c. Hasta devresi tek parça inspirasyon hattından oluşmalıdır. Kolayca cihaza takılıp, çıkartılabilmelidir.
 - d. Set tek kullanımlık ve şeffaf olmalıdır.
- 6- Maskelerin tamamı ile birlikte cihaza uygun bir adet orijinal tek parça yeşil flowmetre hortumu verilmelidir.
- 7- Maskelerin tamamı ile birlikte 1 adet Pressure Relief kapağı vermelidir.
- 8- Maske ve Hasta devresi cihazla aynı marka orijinal ithal malı olmalıdır.
- 9- Teklif veren firmalar sarfin kullanıldığı cihazının teknik servisini vermeye yetkili oldukları belgeleri teklifleri ile birlikte sunmalıdırlar.

MASKE, ORANAZAL BAĞLAMA SETİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON, T PARÇALI CANLANDIRICI SETİ İÇİN, 50MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Maske bölümde kullanılan Neopuff model yenidoğan resüsitasyon cihazına uygun olmalıdır.
- 2- Maske 50 mm çapında olmalıdır.
- 3- Maske sete kolayca takılabilmelidir.
- 4- Maske bebeğe zarar vermeye silikon özellikli olmalıdır.
- 5- Maskelerin tamamı ile birlikte 3 adet aşağıdaki özelliklerde hasta devresi vermelidir.
 - a. Cihazda ayarlanan PEEP değerinin ayar düğmesi hasta solunum devresinde bulunan T parçasının üzerinde hastaya en yakın yerde olmalıdır.
 - b. Hasta devresinin üzerinde bulunan delik sayesinde hastaya manuel olarak soluk verdirilebilmelidir.
 - c. Hasta devresi tek parça inspirasyon hattından oluşmalıdır. Kolayca cihaza takılıp, çıkartılabilmelidir.
 - d. Set tek kullanımlık ve şeffaf olmalıdır.
- 6- Maskelerin tamamı ile birlikte cihaza uygun bir adet orijinal tek parça yeşil flowmetre hortumu verilmelidir.
- 7- Maskelerin tamamı ile birlikte 1 adet Pressure Relief kapağı vermelidir.
- 8- Maske ve hasta devresi cihazla aynı marka orijinal ithal malı olmalıdır.
- 9- Teklif veren firmalar sarfin kullanıldığı cihazının teknik servisini vermeye yetkili oldukları belgeleri teklifleri ile birlikte sunmalıdırlar.

MASKE, ORANAZAL BAĞLAMA SETİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON, T PARÇALI CANLANDIRICI SETİ İÇİN, 60MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Maske bölümde kullanılan Neopuff model yenidoğan resüsitasyon cihazına uygun olmalıdır.
- 2- Maske 60 mm çapında olmalıdır.
- 3- Maske sete kolayca takılabilmelidir.
- 4- Maske bebeğe zarar vermeye silikon özellikli olmalıdır.
- 5- Maskelerin tamamı ile birlikte 6 adet aşağıdaki özelliklerde hasta devresi vermelidir.
 - a. Cihazda ayarlanan PEEP değerinin ayar düğmesi hasta solunum devresinde bulunan T parçasının üzerinde hastaya en yakın yerde olmalıdır.
 - b. Hasta devresinin üzerinde bulunan delik sayesinde hastaya manuel olarak soluk verdirilebilmelidir.
 - c. Hasta devresi tek parça inspirasyon hattından oluşmalıdır. Kolayca cihaza takılıp, çıkartılabilmelidir.
 - d. Set tek kullanımlık ve şeffaf olmalıdır.
- 6- Maskelerin tamamı ile birlikte cihaza uygun bir adet orijinal tek parça yeşil flowmetre hortumu verilmelidir.
- 7- Maskelerin tamamı ile birlikte 1 adet Pressure Relief kapağı vermelidir.
- 8- Mask ve Hasta devresi cihazla aynı marka orijinal ithal malı olmalıdır.
- 9- Teklif veren firmalar sarfin kullanıldığı cihazının teknik servisini vermeye yetkili oldukları belgeleri teklifleri ile birlikte sunmalıdırlar.

Doç. Dr. Valçin ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Neonatalogi
Dip. No.: 92168/58544

Prof. Dr. Necdet KÜYÜCÜ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.
Dip. Tes. No.: 29800-35813