

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

22/04/2020

İlan No : 2020-04-1669
İstem No : 53485
Alım No :
Talep Eden Birim : Neonatoloji / Yenidoğan Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 27/04/2020 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SONDA, FEEDİNG, NO:04	50	Adet					
2	SONDA, FEEDİNG, NO:5	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. SONDA, FEEDİNG, NO:4 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Poliüretan ve PVC olmalıdır.
2. Enjektör vb. malzemeler ile bağlantı yapan ucu (ajutaj) sağlam olmalı ve ek yerinden kolayca kırılmalıdır.
3. Ajutaj kısmı kapaklı olmalı ve kalınlığını belirtecek şekilde ISO normlarında renklendirilmiş olmalıdır. (4fr: Kırmızı)
4. Travma oluşturmeyen yuvarlatılmış, kapalı distal ucu ve iki çapraz yan deliği bulunmalıdır.
5. Giriş kolaylığı sağlayan yüzeye sahip olmalıdır.
6. Uzunluğu en az 45-50 cm arasında olmalıdır.
7. Üzerinde birer cm'lik derinlik çizgileri olmalıdır.
8. Malzemenin çapı en fazla 1,33 mm olmalıdır.
9. Prematüre bebeklerde travmaya neden olmayacak yumuşaklıkta olmalı ve kolay giriş sağlamalıdır.

2. SONDA, FEEDİNG, NO:5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Poliüretan ve PVC olmalıdır.
2. Enjektör vb. malzemeler ile bağlantı yapan ucu (ajutaj) sağlam olmalı ve ek yerinden kolayca kırılmalıdır.
3. Ajutaj kısmı kapaklı olmalı ve kalınlığını belirtecek şekilde ISO normlarında renklendirilmiş olmalıdır. (5fr: Gri)
4. Travma oluşturmeyen yuvarlatılmış, kapalı distal ucu ve iki çapraz yan deliği bulunmalıdır.
5. Giriş kolaylığı sağlayan yüzeye sahip olmalıdır.
6. Uzunluğu en az 45-50 cm arasında olmalıdır.
7. Üzerinde birer cm'lik derinlik çizgileri olmalıdır.
8. Malzemenin çapı en fazla 1,67 mm olmalıdır.
9. Prematüre bebeklerde travmaya neden olmayacak yumuşaklıkta olmalı ve kolay giriş sağlamalıdır.

Doç. Dr. Yalçın ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Neonatoloji
Dip. No.: 92168/58544

Prof. Dr. Necdet KUYUCU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.B.D.
Dip. Tes. No.: 29800-35813