

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

29/04/2020

İlan No : 2020-04-1716
İstem No : 53584
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/05/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DİYALİZÖR, SENTETİK, PEDİATRİK, 0.5M2	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DIYALİZÖR SENTETİK,PEDİATRİK 0.5 M2 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Diyalizör membranı, daha iyi biyouyumluluk özellikleri nedeniyle tümüyle **sentetik** materyalden yapılmış olmalıdır. Diyalizör membran tipi **polysulfone (PS), Helixone** olmalıdır.
2. Membranlar **“hollow-fiber”** tipinde olmalıdır.
3. Diyalizör membranı 500 mmHg' ya kadar transmembran basınca dayanıklı olmalıdır
4. Alınacak olan sentetik diyalizörün aşağıda belirtilen minimum performans özelliklerini taşıması gereklidir:

a. Sterilizasyon	b. Gamma veya Isı (buhar) veya Electron beam
c. Kalınlık (Cm)	d. 20 – 60
e. Yüzey Alanı (m ²)	f. 0.5
g. UF katsayısı (ml/saatxmmHg)	h. 9
i. Klirens Üre (ml/dak)	j. 170
k. Klirens Cre (ml/dak)	l. 150
m. Klirens Phos (ml/dak)	n. 130
o. Klirens B12 (ml/dak)	p. 75

5. Diyalizör membranlarının istenilen minimum özellikleri sağladıkları mutlaka belgelendirilmelidir. Bunun yanında in vitro üre, kreatinin, fosfor ve B12 klerensleri (Qb=200 ml/dak, Qd=500 ml/dak ve Quf=0 koşulunda) de sağlanmalıdır. (katalog, broşür, vb.)
6. Diyalizörlerin sterilizasyon süresi ve miadı en az 2 yıl olmalıdır.

Halil Rahman EREN
Diyaliz Teknikeri

Prof. Dr. Ali DELİBAŞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nefrolojisi
İlini. İhs. İhs. 61280-62784