

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

05/05/2020

İlan No : 2020-05-1771
İstem No : 53612
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/05/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 8 CH	120	Adet					
2	KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 10FR, 23CM	145	Adet					
3	KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 12CH	55	Adet					
4	KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 16CH	20	Adet					
5	KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 18CH	25	Adet					
6	KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 24CH	30	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1 KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 08CH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 8CH kalibrasyona uygun olmalıdır.
 2. Alüminyum trokar üzerinde ısıya duyarlı pvc kateter bulunmalıdır.
 3. Trokar ucu operasyonda kullanılmak üzere keskin olmalıdır.
 4. X- Ray görülebilir radyopak çizgisi ve gözü bulunmalıdır. 2 cm de bir derecelendirme bulunmalıdır.
 5. Ambalajı sert olmalıdır. Kateteri korumalıdır.
- Mevcut drenaj sistemine uygun olarak bağlantı girişi funnel konnektör olmalıdır.

Doç. Dr. Yalçın ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Neonatoloji
Dip. No: 92168/58544

2 KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 10FR, 23CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 10FR kalibrasyona uygun olmalıdır.
2. Alüminyum trokar üzerinde ısıya duyarlı pvc kateter bulunmalıdır.
3. Trokar ucu operasyonda kullanılmak üzere keskin olmalıdır.
4. X- Ray görülebilir radyopak çizgisi ve gözü bulunmalıdır. 2 cm de bir derecelendirme bulunmalıdır.
5. Ambalajı sert olmalıdır. Kateteri korumalıdır.
6. Mevcut drenaj sistemine uygun olarak bağlantı girişi funnel konnektör olmalıdır.

Doç. Dr. Yalçın ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Neonatoloji
Dip. No: 92168/58544

3 KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 12FR, 23CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 12FR kalibrasyona uygun olmalıdır.
2. Alüminyum trokar üzerinde ısıya duyarlı pvc kateter bulunmalıdır.
3. Trokar ucu operasyonda kullanılmak üzere keskin olmalıdır.
4. X- Ray görülebilir radyopak çizgisi ve gözü bulunmalıdır. 2 cm de bir derecelendirme bulunmalıdır.
5. Ambalajı sert olmalıdır. Kateteri korumalıdır.
6. Mevcut drenaj sistemine uygun olarak bağlantı girişi funnel konnektör olmalıdır.

Doç. Dr. Yalçın ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Neonatoloji
Dip. No: 92168/58544

4 KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 16 CH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 16CH kalibrasyona uygun olmalıdır.
2. Alüminyum trokar üzerinde ısıya duyarlı pvc kateter bulunmalıdır.
3. Trokar ucu operasyonda kullanılmak üzere keskin olmalıdır.
4. X- Ray görülebilir radyopak çizgisi ve gözü bulunmalıdır. 2 cm de bir derecelendirme bulunmalıdır.
5. Ambalajı sert olmalıdır. Kateteri korumalıdır.
6. Mevcut drenaj sistemine uygun olarak bağlantı girişi funnel konnektör olmalıdır.

Doç. Dr. Yalçın ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Neonatoloji
Dip. No: 92168/58544

5 KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 18CH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 18CH kalibrasyona uygun olmalıdır.
2. Alüminyum trokar üzerinde ısıya duyarlı pvc kateter bulunmalıdır.
3. Trokar ucu operasyonda kullanılmak üzere keskin olmalıdır.
4. X- Ray görülebilir radyopak çizgisi ve gözü bulunmalıdır. 2 cm de bir derecelendirme bulunmalıdır.
5. Ambalajı sert olmalıdır. Kateteri korumalıdır.
6. Mevcut drenaj sistemine uygun olarak bağlantı girişi funnel konnektör olmalıdır.

Doç. Dr. Yalçın ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Neonatoloji
Dip. No: 92168/58544

6. KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 24CH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 24CH kalibrasyona uygun olmalıdır.
2. Alüminyum trokar üzerinde ısıya duyarlı pvc kateter bulunmalıdır.
3. Trokar ucu operasyonda kullanılmak üzere keskin olmalıdır.

Doç. Dr. Yalçın ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Neonatoloji
Dip. No: 92168/58544

4. X- Ray görülebilir radyopak çizgisi ve gözü bulunmalıdır 2 cm de bir derecelendirme bulunmalıdır.
5. Ambalajı sert olmalıdır. Kateteri korumalıdır.
6. Mevcut drenaj sistemine uygun olarak bağlantı girişi funnel konnektör olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKAYA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı Hastalıkları A.D.
Dip. No: 129026

Doç. Dr. Hakan ZAKINLI AF
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı Hastalıkları A.D.
Dip. No: 13261-7159