

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

05/05/2020

İlan No : 2020-05-1773
İstem No : 53636
Alım No :
Talep Eden Birim : Göğüs Cerrahi / Göğüs Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

GA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/05/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PLAK, STERNAL, KİLİTLİ, TİTANYUM, 8 DELİKLİ	4	Adet					
2	PLAK, KOSTA VEYA STERNUM KIRIĞI İÇİN, TİTANYUM, KİLİTLİ, DÜZ, 12 DELİKLİ, 24	1	Adet					
3	VİDA, STERNUM, 2.4MMX10MM	32	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

STERNUM FIXATION PLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem Sternum fiksasyona yönelik özel plak ve vidalar ile bunların kullanılması için gereken ünitlerden oluşmalıdır. Başka amaçlar için üretilmiş plak ve vidalar kabul edilmeyecektir.
2. Teklifte birlikte ürüne ait basılı yada dijital katalog verilmelidir.
3. İstekliler sistem bütünlüğünün bozulmaması için ihale listesinde yer alan malzemelerin tamamına teklif vereceklerdir, bu sebeple parsiyel verilen teklifler kabul edilmeyecektir.
4. Plak ve vidalar Titanyumdan imal edilmiş olmalıdırlar.
5. Vidalar Kilitli ve Selfdrilling özellikte olmalıdır.
6. Vida çapları 2.4 mm olmalıdır. Emergency vidalar 2.7 mm olmalıdır, vidalar tekli paketlerde yada beşli paketler halinde teklif edilebilir.
7. Plak kalınlıkları 2.0 mm olmalıdır.
8. Plaklar Sternumun anatomisine uygun şekillerde olmalı, proksimalden başlayarak distale kadar gereksinim duyulacak tüm anatomik modelleri içerecek, kare, X, Xyphoid, 100° L, T, Düz, Ladder ve Wide Ladder şekilli plaklardan oluşmalıdır.
9. Plak ve vidalar çakma seti ile birlikte hastanemize teslim edilecektir, set içerisinde olması gereken el aletleri listesi ektedir. Listedeki el aletleri minimum konfigürasyondur, listede yer alan el aletleri hepsi aynı markadan olmak üzere tamamı teslim edilmelidir.
10. Ürünün sternum fiksasyon konusunda efektifitesi bakımından uluslararası kabul görmüş yayınları ihale dosyasında olmalıdır.
11. El aletleri referans olması bakımından W.Lorenz katalogundan kodlandırılmıştır, istekliler bir karşılaştırma tablosu hazırlayarak kendi markalarını teklif edebilirler.

Prof. Dr. Erhan AYAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 77361

Op. Dr. Abdulkarim BAYÜLGEN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi
Dip. Tes. No: 130544/112

RIB FRACTURE

RİJİT FİKSASYON SİSTEMİ TEKNİK SARTNAMESİ

1. Sistem, rib kırıkları için kapsamlı bir implant ve enstrüman sistemi olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Plak ve vidalar titanyum olmalıdır.
3. Sistemdeki ölçüye bağlı tüm el aletleri ve implantlar kolay kullanım ve hatayı engellemek için renk koduna sahip olmalıdır.
4. Plaklar rib anatomisine uygun U şeklinde olmalıdır.
5. Her bir plak için 4 vida deliği olmalı ve vidalama sistemi kilitli olmalıdır. Vidalar kemik kalitesinden veya kemiğin içindeki vidadan bağımsız olarak fixasyon sağlamalıdır.
6. Sistemdeki plakların uzunluğu 45mm, 60mm, 75mm $\pm$ 2 mm uzunluğunda olmalıdır.
7. Sistemdeki plakların uygulama yapılmadan önceki rib genişliği mesafesi 4 değişik uzunlukta olmalı bunlar, 8mm $\pm$ 0,5mm – 10mm $\pm$ 0,5mm – 12mm $\pm$ 1mm – 14mm $\pm$ 1mm olmalıdır.
8. Plaklar set içerisinde bulunan hedef sistemi sayesinde hastanın rib anatomisine uygun hale getirebilmelidir.
9. Vidalar, plak genişliklerine göre renk koduna sahip olmalı, uzunlukları ise 8mm $\pm$ 0,5mm – 10mm $\pm$ 0,5mm – 12mm $\pm$ 1mm – 14mm $\pm$ 1mm olmalıdır.
10. Sistemin operasyon esnasında bölgeye yerleştirilmesi kolay olmalı, alerjik özellik göstermemeli, röntgen, tomografi ve MRI altında artefakt oluşturmamalıdır.
11. Uygulama seti dahil olmak üzere ihale listesinde yer alan tüm ürünlere ait toplam teklif verilmelidir, parsiyel teklifler sistem bütünlüğünü bozacağından kabul edilmeyecektir.
12. Sistem içerisinde drillleme ve vida yerleşimi için iki adet hedef sistemi(targeting klavuzu) bulunmalıdır.

Prof. Dr. Erhan AYAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 77361

Jp. Dr. Abdülkerim BAYÜLGEN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi
Dip. Tes. No: 130544/112

- 13.Kalınlık rehberi ile ölçüm yapılabilmesi, rib kalınlığına uygun renk kodlarıyla implant seçilebilme özelliği sunulmalıdır.
- 14.Sistem içerisinde renk kodlamasına sahip drill ve drill guide lar olmalıdır.
- 15.Sistem içerisinde tornavida ucu ve handle olmalıdır.
- 16.Sistem, EO veya GAMA veya Otoklav sterilizasyona uygun, poliüretan materyalden yapılmış bir set içerisinde olmalı, setin üzerinde markası ve setin adı yazılı olmalıdır.
- 17.İstekliler teklif ettikleri ürünler için bu şartnameye birebir şartnameye cevap metni hazırlayacaklar ve teklif ettikleri ürünleri kod numaraları ile tek tek belirtecekler ve katalog üzerinde işaretleyeceklerdir.
- 18.Set içeriği el aleti listesi aşağıdaki gibi olmalıdır.
- 19.Uygulama seti hastanemize hibe edilmelidir.

RIB FRACTURE RIGID FIXATION SISTEMI

UYGULAMA SETI

KOD	ÜRÜN	ADET
RBP2100	RBP2100Targeting Guide	2
RBP2103	RBP21038mm Drill Guide (Blue)	1
RBP2104	RBP210410mm Drill Guide (Green)	1
RBP2105	RBP210512mm Drill Guide (Fuchsia)	1
RBP2106	RBP21062.7mm Drill	1
RBP2107	RBP2107Rib Thickness Gauge	1
HT-2502	HT-25022.5mm Hex Driver	1
MS-SS35	MS-SS35 Screw Sleeve	1
MSP2000	MSP2000Driver Handle	1
RBP8100	RBP8100Rib Plate Instrument Set	1

Prof. Dr. Erhan AYAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No.:77361

Erhan BAYÜLGEN
Göğüs Cerrahisi
Araştırma Merkezi
130544/112