

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/05/2020

İlan No : 2020-05-1835
İstem No : 53656
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/05/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test Süresi (Gün)
1	ETANOL, ABSOLUTE	200	LT					
2	BOYA, PAMS	200	Test					
3	PAS, HAZIR KİT	300	Test					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

PAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kullanıma hazır formda olmalıdır.
2. Ambalaj boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır.
3. Kit içerisinde boyama prosedürlerini basamakları ile anlatan bir prospektüs bulunmalıdır.
4. IVD işaretleri taşınmalıdır.
5. Üretici, ürün içeriği ,son kullanma tarihi ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
6. Uluslar arası üretici standartlarına uygunluğu belgelenmelidir.
7. 2 yıl miyatlı olmalıdır.
8. İhaleyi kazanan firma histokimyasal kurulumu yapacak ve gerekli teknik eğitimi verecektir. .Eğitim ve aplikasyon 2 iş gününü kapsayacaktır.
9. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda ürünler için teklif eden firmadan aplikasyon istenecek ve bu aplikasyonun iki iş günü içerisinde yapılması beklenecektir.
10. Aplikasyonu yapmayan veya aplikasyonu başarısız olan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Teslim edilen ve sonuç alınmayan tüm ürünler, laboratuvarımızda sorunun çözüldüğü ispatlanıncaya kadar, teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıyor olması durumunda dahi değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Numuneler laboratuvarımızda test edildikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.
13. İthal olmalıdır.
14. 1test = 500ul hesabına göre 100 testlik olmalıdır.
15. Kit içerisinde 3 adet 50ml lik damlalıklı komponent olmalıdır.
16. Histokimyasal boyamaya uygun olmalıdır.
17. Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:
Periodic Acid
Schiff Solution
Mayer Hematoksilen


Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

Dr. Feriye Peran TUNCE
Sağlık Araştırma
Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
04884-98573

BOYA, PAMS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Solüsyon boyama işlemine hazır halde olmalı ve A-B-C-D-E-F solüsyonlarından oluşmalıdır.

A. Periodic acid solution	30 ml
B. Silver nitrate solution	30 ml
C. Hexamethylenetetramine solution	30 ml
D. Sodium tetraborate solution	30 ml
E. Gold chloride solution	60 ml
F. Fixing solution	30 ml
2. Doku kesimi içinde argyrophilic elementleri ve mucopolysaccharides (basal membranes, mycetes, bacteria, gibi) göstermek için ve renal biopsy içindeki basal membrane test etmek için kullanılmalıdır.
3. Çalışma prosedürü en fazla 1 saat 45 dakika olmalıdır.
4. Saklama ısısı 4 C derece olmalıdır.
5. Boyama işleminin sonucunda Basement membranes, glycogen, mycetes ve bacterial capsule siyah renkte net bir şekilde görülmelidir.
6. Numune laboratuvarımızda test edildikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.



Prof. Dr. M. H. Tuncel
MEÜ Sağlık
ve Uygulama
Patisy
Dip. Tes. No. 104881-9857


Dr. Öğr. Üyesi Ferah TUNCEL
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkez
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No. 104881-9857



ABSOLÜ ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %99.8 oranında Etanol (hacmen) içermelidir.
2. 2.5-5 litrelik cam veya plastik şişede olmalıdır.
3. Şişe alkolün uçmasını engelleyecek şekilde sızdırmaz kilit kapaklı olmalıdır.
4. Uluslar arası üretim standartlarına uygun olmalıdır.
5. İstekli firmalar numunelerini laboratuara getirmelidir. Uygunluğuna laboratuarda test edildikten sonra karar verilecektir.
6. Son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalı ve ve bu tarih teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
7. Teslim edilen malzemelerin miadı dolduğu takdirde malzemeleri teslim eden firma yeni tarihli malzemelerle eskileri değiştirmekle mükelleftir.
8. Açık formülü ürünün üzerinde olmalıdır(C_2H_5OH , No :67-63-0, Dansite :0,787 gr(m):300h, purırte:mın 99.9%)


Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No: 42634


Dr. Öğrt. Üyesi Ferah TUNÇ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip Tes. No: 108881-9887