

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

07/05/2020

İlan No : 2020-05-1805
İstem No : 53664
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/06/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	JEL, LİDOCAİN İÇEREN	2500	Adet					
2	KOTER PLAĞI, DİSPOSABLE, PEDIATRİK	200	Adet					
3	İDRAR TORBASİ, VALFLİ	3000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12-Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

G. Kez Piyasaya
Gıkılmıdır.

İDRAR TORBASİ, VALFLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İdrarın geri kaçışını ve kokusunun dışarı çıkmasını önleyen valf sistemi olmalıdır.
2. Disposable, non alerjik olmalı, akıtmamalı, ölçüm yapılabilecek seviye çizgileri en az 50 cc'den başlamalıdır ve 50 cc aralıklarla devam etmelidir, üzerindeki rakam ile içindeki miktar birbirini tutmalıdır.
3. Erkek ve kadınlar için kullanıma uygun ergonomik yapıya sahip olmalıdır.
4. Hasta yatakta sırt üstü yatarak idrarını rahatça yapabilmelidir.
5. İdrar yapıldıktan sonra yatak kenarına takılabilecek askısı olmalıdır.
6. Huni ile torba bağlantısını sağlayan kısımda gevşemeye sebep olabilecek herhangi bir deformasyon olmamalıdır. Kolayca birbirinden ayrılmalıdır.

JEL, LİDOCAİN İÇEREN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Jel, %2 lidokain içermelidir.
2. Jel görüntüyü etkilemeyen, suda eriyebilen, berrak renksiz özellikte olmalıdır.
3. Gliserin ve formaldehit içermemelidir.
4. Jel en az 10 ml' lik ambalajda olmalıdır.

Uzm. Hemş. Raziye Nurşen ÇAVDAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhekimşire Yardımcısı

Uzm. Hemş. Müjde MORAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhekimşire Yardımcısı

- Ameliyathane
Semra Ünlü

KOTER PLAĞI, DİSPOSABLE, PEDIATRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurumumuzda mevcut Covidien marka cihazla uyumlu olması gerekmektedir.
2. Koter plakları çift çıkışlı olmalı ve plağın iletken kısmı birbirinden ayrı iki bölümünden oluşmalı çocuklarda kullanılmaya uygun boyutlarda olmalıdır.
3. Kendinden yapışkanlığı yüzeyi ile hastanın derisine tam temas sağlanmalıdır.
4. Cilde zarar vermeyecek şekilde yapıştırılabilir ve çıkartılabilir olmalıdır.
5. Her türlü sıvı temasında deriye tutunmayı sürdürmeli ve işlevini korumalıdır.
6. Çıkarıldığında iz bırakmamalı, alerjik reaksiyonlara yol açmamalıdır.
7. Hasta vücuduna temas ettiğinde minimal elektriksel direnç oluşturmamalıdır.
8. Plaklar steril tekli ambalajlarda olmalıdır.
9. Plağın iletkenliği maksimum seviyede olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi İsa KILIÇ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No...113992