

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

07/05/2020

İlan No : 2020-05-1808
İstem No : 53666
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF VE LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/05/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DAMLA AYAR SETİ	5000	Adet					
2	EKG ELEKTRODU, ERIŞKİN	50000	Adet					
3	LAM, RODAJLI	50000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma kılın her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
 - Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- ESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI LACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İletişim : 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Talep opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

İmarat ÇUKUR
İstane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DAMLA AYAR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mayi seti steril bir ambalaj içerisinde olmalıdır.
2. Mayi ayar seti üstün hassasiyette olup, ayarlandığı ölçüde sıvı akışını sağlamalı, sapma oranı $\pm$ % 5 'in üzerinde olmamalı, hasta hareketi ile ayarı bozulmamalıdır.
3. Ayarlama sınırları 5cc / saat - 250 cc / saat arasında olmalıdır.
4. Setin iki ucu plastik konnektörle kapalı olup ancak kullanılırken açılmalı, her iki uç bağlantı kısmı luerlock tipinde olmalı, intravenöz kanül ve serum seti bağlantı uçlarına serum sızdırmayacak şekilde bağlanabilmeli, intravenöz kanül kısmına yakın bölgede bolus ilaç enjeksiyonuna izin veren ayrı bir hat bulunmalıdır.
5. Setin uzatması en az 45 cm olup, set yumuşak kolay kırılmayan özel malzemeden üretilmiş olmalıdır.

Uzm. Dr. N. N. N.
Uzm. Hemş. Raziye Nürsen ÇAVDAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı

Uzm. Dr. N. N. N.
Uzm. Hemş. Raziye Nürsen ÇAVDAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı

EKG ELEKTRODU, ERİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çap boyu en az 4,3 cm olmalıdır.
2. Sirt materyali köpük olmalıdır.
3. Yapışkanlı kısmı hipoallerjenik olmalıdır.
4. Jel kısmı elektriği çabuk iletebilen hidrojel katı jel olmalıdır ve yapışkanlık kapasitesi yüksek olmalıdır.
5. İletkenliğin sağlanabilmesi için jel miktarı fazla olmalıdır.
6. Ag/ Ag/Cl sensör olmalıdır.
7. Çıkarıldığında atık bırakmamalı, cildi tahriş etmemelidir.
8. Çıt çıt uç olmalıdır, çıtçılar hasta cildinde paslanma yapmamalıdır.
9. Ambalajın içi malzemeyi dış etkenlerden korumak için alüminyumdan dizayn edilmiş olmalıdır.


Uzm. Hemş. Gürşen ÇAVDAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı


Uzm. Hemş. Müjde MORAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı

LAM, RODAJLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 25.4 x 76.2 x 1mm-1.2mm ebatlarında olmalıdır.
2. 1/3 buzlu çift tarafı rodajlı olmalıdır.
3. Üzerine yazılan yazılar silinmemelidir.
4. Işığı kırmayan A kalite camdan yapılmış olmalıdır.
5. Ürünü tozdan ve nemden koruyan ambalajda olmalıdır.
6. Üretici firma ve ürün bilgisi kutu üzerinde belirtilmelidir.
7. Lam üzerindeki yazı ve boya ısıdan, kimyasal solventlerden etkilenmemelidir
8. Kurumumuzda mevcut ST5020 lam boyama cihazına ve kullanılan sepetlere de uygun özellikte olmalıdır.
9. Getirilen numune ile kutu içerisinden çıkan lamlar ebat, kalınlık ve rodaj açısından aynı olmalıdır. Uygunluk verildiği takdirde numune ve teslim edilecek diğer lamlar aynı özellikte olmalıdır.

Prof. Dr. M. Burak Yavuz ÇİMEN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip Tes. No. 2459

Prof. Dr. Lülüfer TAMER
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya A.D. Bask.
Dip. No. 36