

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

13/05/2020

İlan No : 2020-05-1869
İstem No : 53725
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/05/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KAPI CONTASI, OTOKLAV İÇİN	8	Adet					
2	KAPI CONTASI, YIKAMA CİHAZI İÇİN	18	Metre					
3	HAVA FİLTRESİ, STERİL, OTOKLAV İÇİN	2	Adet					
4	BPT13 TAMİR KİTİ, OTOKLAV İÇİN	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
 - 6-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

BPT13 TAMİR KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kit BELİMED marka 6-6-12 model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Kit orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Kit CE(Güvenlik) esaslarına uyumlu olmalıdır.

HAVA FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Filtre BELİMED marka 6-6-12 model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Filtre orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Filtre CE(Güvenlik) esaslarına uyumlu olmalıdır.

OTOKLAV KAPI CONTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Conta BELİMED marka 6-6-12 model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Conta silindik yapıya sahip olmalıdır.
- 3-Conta 134 derece ısıya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 4-Conta CE(Güvenlik) esaslarına uyumlu olmalıdır.

YIKAMA CİHAZI KAPI CONTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Conta BELİMED marka WD 200 model cerrahi alet yıkama cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Conta esnek elastik kırılmaz yapıya sahip olmalıdır.
- 3-Conta CE(Güvenlik) esaslarına uyumlu olmalıdır.

Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Kayhan DİKMEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen