

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

21/05/2020

İlan No : 2020-05-1942
İstem No : 53815
Alım No :
Talep Eden Birim : KAN BANKASI DEPOSU / Terapötik Aferez Ünitesi Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIM

G

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 27/05/2020 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TÜP SETİ, PLAZMA DEĞİŞİMİ, SANTRİFÜGAL	12	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

PLAZMA DEĞİŞİMİ TÜP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.GENEL ŞARTLAR

1. Ürünler tekli steril ambalajlarda ve ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, yöntemi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bilgiler de bulunmalıdır.
2. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir (1) yıl miatlı olmalıdır. (miadı malzemede kullanılan maddenin özelliğine göre değişkenlik gösterir ise bu durum teslimat aşamasında yazılı olarak bilgilendirilmelidir) Malzemelerin miadının dolmasına 3 ay kala haber verilerek; yerine yeni miatlı malzemeyle değişim yapılmalıdır.
3. Ürünlerin teslimatı sırasında faturanın üzerine otomasyon (malzeme) kodu, ubb kayıt numaraları, varsa sut kodları yazılmalıdır. Ayrıca ürünlerin medula malzeme sorgulama sisteminde pozitif listede olduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir.
4. Ürünlerin teslimatı sonrasında faturalandırma aşamasında doğacak olan problemlerden (ubb kaydı, sut beyanları, medula malzeme sorgulama (gmdn kodunda değişiklik olması, pozitif listeden negatif listeye geçilmesi vb.) satıcı firma sorumludur. Firmalar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
5. Firma malzemelerin üretim, imalat hataları, teslimat aşamasında ve sonrasında ortaya çıkan kullanıma uygun olmayan ürünlerin belirlenmesi durumunda malzemeyi orijinal, yeni ve sağlam malzemeyle değiştirmeyi kabul etmiş sayılacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

1. Set, Sürekli akım tekniği ile çalışabilen cihaza tam uygun olmalıdır.
2. Hasta güvenliği açısından geliş, dönüş ve santrifüj hatlarında tüm basınçlar setin monte edildiği bölümlerden kontrol edilebilmeli ve özel alarmlarla kullanıcıyı uyarmalıdır.
3. Set; Plazma değişimi ,eritrosit değişimi işlemlerinin her ikisinde yapabilmeli.
4. Terapötik işlemler sırasında gereken torba miktarı (plazma Exchange, kök hücre toplama, eritrosit Exchange, lökoferez v.b.) her işlem için yeterli sayıda, sete dahil olmalıdır.
5. Sistem işlem sırasında donörün/hastanın boyu, kilosu, cinsiyeti parametrelerini kullanarak toplam kan hacmini hesaplayacak ve ACDA kullanımını otomatik olarak buna göre belirleyecektir
6. Setlerin giriş hatları arasında hastadan gelen kan için antikoagülan hattı bulunacaktır. Antikoagülan spayk ve hattı diğer hatlardan ayrılabilmesi için ayrı bir renkte (tercihen uluslararası kabul gören turuncu) olacaktır.
7. Setin dönüş hattı üzerinde hava kabarcıklarının uzaklaştırılmasında kullanılacak olan bir adet hava dedektörü ve odacığı bulunacaktır.
8. Her bir setle birlikte bir adet fistül iki adet en az 500 ml'lik antikoagülan ve 1000 ml'lik bir adet izotonik solüsyonu verilmelidir.
9. Yurt içine dağılmış yaygın satış ve teknik servis teşkilatı olmalıdır. (Cihaz arızalanması durumunda 24 saat içinde müdahale edebileceğine, 3 gün içinde faal hale getirilmezse değiştirileceğine dair taahhütname bu taahhütname hem distribütör hem de satıcı firma tarafından verilecektir.)

Hemş. Seher YONTAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Terapötik Aferéz Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Eyüp Naci TİFTİK
MEÜ Saniye Akrasima
ve Uygulama Merkezi
14 Hastaneler Hemen Geli
512 333 1434