

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

21/05/2020

İlan No : 2020-05-1949
İstem No : 53839
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 27/05/2020 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ARTER-VEN SET, ERIŞKİN	1500	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ARTER-VEN SET ERİŞKİN HEMODİYALİZ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 8x12 inch çaplı ve 30-35 cm Universal set olmalı ve tüm hemodiyaliz makinelerine uyumlu olmalıdır.
2. Set tek kullanımlık olmalıdır.
3. Arter ucunda i.v. spike ve sirkülasyon adaptörü olmalıdır.
4. Arter tarafında heparin, venöz tarafında protamin hattı olmalıdır.
5. Arter hattı üzerinde arter yastığı olmalıdır.
6. Arter hattı üzerinde bir adet klemp ve infüzyon yolu olmalıdır.
7. Ven hattı üzerinde bir adet klemp ve infüzyon yolu olmalıdır.
8. Ven hattı üzerinde izolatör olmalı veya set sayısı kadar izolatör steril biçimde ayrı ayrı paketlenmiş olarak verilmelidir.
9. Ven tarafında drip chamber bulunmalıdır.
10. Setlerde pıhtı tutucu filtre olmalıdır.
11. Total kan seti hacmi 160Ml.nin üzerinde olmamalıdır.
12. Setler minimum 300Ml/dak. Kan akımı sağlamalıdır.
13. Arter ve ven hattı üzerinde basınç tüpü üzerinde ve yastıkta klemp olmalıdır.
14. Setlerde kırılma kopma olmamalı, fleksible olmalıdır.

Halil Rahman EREN
Diyadin Teknikleri

Prof. Dr. Ahmet Akper KIYKIM
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hast. Nefroloji
Doğ. Tıp No: 80714