

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

29/05/2020

İlan No : 2020-05-2034
İstem No : 53897
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/06/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SIVI FİLTRE, DİYALİZAT HEMODİYALİZ MAKİNASI İÇİN	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2. Kez Projesiye
gönderilmiştir.

SIVI FİLTRE DİYALİZAT HEMODİYALİZ CİHAZI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Fresenius 4008 S Marka Hemodiyaliz cihazına uygun olmalıdır.
- 2) 85 c'ısı dezenfeksiyonuna dayanıklı olmalıdır.
- 3) 28 cm. Uzunluğunda, çift çıkış silindir şeklinde olmalıdır.
- 4) Orijinal paketinde olmalıdır.
- 5) Üretim tarihi ve etiketi okunur olmalıdır.
- 6) Endotoksin tutucu özelliğine sahip olmalıdır.
- 7) Kullanım ömrü 3 ay 100 seans ya da 11 hipo dezenfeksiyonuna dayanıklı olmalıdır.
- 8) Parça kodu B5008201 olmalıdır
- 9) Titubb kaydı olmalıdır.
- 10) Ubb kaydı olmalıdır.

Halil Rahman EBEN
Diyaliz Teknikeri

Prof. Dr. Ahmet Alper KIYIKILI
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hast. Nefroloji
Dip. Tel. No: 83744