

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

27/05/2020

İlan No : 2020-05-2012
İstem No : 53932
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Biyokimya
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

ES

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 28/05/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MONOKLONAL ANTİKOR	2600	Test					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

AKAN HÜCRE ÖLÇER CİHAZI İÇİN KİT ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem, valide edilmiş olup vücut dışı tanı amaçlı çalışmalar için CE-IVD belgesine sahip olmalıdır.
2. Teklif veren firma 2 adet lazeri olan ya da tek lazerle 5 renk ölçebilen bir cihaz vermelidir.
3. Sistem lineer ve logaritmik sinyal amplifikasyonları yapabilmelidir.
4. Sistem tüm floresan parametrelerinde uygun olan dubletler arasındaki farklılıkları oluşturmak için ve DNA analiz miktarları için, alan ve genişliklerin simultane olarak belirlenmesine olanak sağlayan sinyal işlemcisine sahip olmalıdır.
5. Sistem tam randımanlı çalıştığında hızı 3300 hücre/dakikadan az olmamalıdır.
6. Numune girişi pozitif basınçla devamlı numune akışını sağlamalıdır.
7. Sistem sık sık kalibrasyon ayarına gerek duymadan belirli bir süre yapılan kalibrasyonu stabil tutabilmeli ve kaydedebilmelidir.
8. Sistem analiz sırasında örneğe ait sonuçları ekranda göstermeli ve verileri analiz yapabilmek için listmode ya da histogramlarda saklayabilmelidir.
9. Cihazda, yapılan çalışmaların sistemin hafızasında fazla yer kaplayarak sistemi yavaşlatmasını önlemek için CD-yazıcı bulunmalıdır.
10. Sistem sürekli olarak kendini kontrol edip, elektronik ve diğer arızaları belirleyip kullanıcıyı uyararak, arızanın neden kaynaklandığını belirtebilmelidir.
11. Sistem istenildiğinde barkod okuma özelliğine sahip bir otomatik örnek yükleyiciye entegre olabilmelidir.
12. Teklif edilen kitler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşımalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları olmalı, cihazla ve kullanılacak programla tam uyumlu olmalı, birden fazla rengin birlikte kullanımına uygun olmalıdır.
13. Kitlerin teslim miktarı ve teslim tarihleri hizmet akışına göre laboratuvar tarafından belirlenecektir.
14. Miadı yaklaşan kitler, miadı bitmeden 2 ay öncesinde bildirilmek kaydı ile, yenisi ile değiştirilmelidir.
15. Satın alınan kitler içinde özelliği olan kitlerin veya kit panellerinin uygulamalı eğitimi kitleri sağlayacak firma tarafından ücretsiz olarak verilmelidir. Verilen eğitimin yeterli olup olmadığına kurum yetkilisi karar verecektir.
16. Kit alımı ile her türlü sarf malzeme (negatif kontrol materyalleri, kalibratörler, yıkama solüsyonları, numune tüpleri , lysing solüsyonları, permablysing solüsyonları, yazıcı kartuşları vb.) ve yedek parça temini, teknik servis ve bakım hizmeti ücretsiz verilmelidir. Sarf malzeme ve yedek parça temini, teknik servis ve bakım hizmeti ücretsiz verilmeye devam etmelidir.
17. Cihazla birlikte renkli baskı alınabilecek bir yazıcı verilmelidir.
18. Kurumun belirleyeceği bir dış kalite kontrol programına ücretsiz olarak katılım sağlanmalıdır.

Prof. Dr. Lütfü TAMER
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya A.D. Başk.
Dış No. 36

Prof. Dr. M. Burak Yılmaz ÇİMEN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dış No. 2459

19. Satın alınan kitin test sayısı hesaplanırken aşağıdaki yöntem uygulanacaktır.

Örneğin ;

50 Testlik (CD3) antikor istendiğinde 50 Test Monoklonal Antikor,

50 Testlik (CD3 / CD4) antikor istendiğinde 100 Test Monoklonal Antikor,

50 Testlik (CD3 / CD4 / CD8) antikor istendiğinde 150 Test Monoklonal Antikor,

50 Testlik (CD3 / CD4 / CD8 / CD45) antikor istendiğinde 200 Test Monoklonal Antikor

Satın alınmış olacaktır.

20. Monoklonal antikorlar, FITC, PE, PerCP, APC, ECD, PC5 ya da PC7 boya ile işaretli olmalıdır.

21. Kurum bir, iki, üç ya da dört renkli monoklonal antikor formunda reaktif isteyebilir. İstenilen reaktifler, yüzeyinde istenilen molekül taşıyan hücreleri tanımlayabilmelidir.

22. Firma, en azından, aşağıdaki listede bulunan Monoklonal antikorları çalışabilen ürünü teklif etmelidir.

- CD 1 a
- CD 2
- CD 3
- CD 4
- CD 5
- CD 6
- CD 7
- CD 8
- CD 10
- CD 11 c
- CD 11 b
- CD 13
- CD 14
- CD 15
- CD 16
- CD 19
- CD 20
- CD 22
- CD 23
- CD 25
- CD 30
- CD 33
- CD 34
- CD 38
- CD 41 a

- CD 45
- CD 56
- CD 61
- CD 64
- CD 71
- CD 79 a
- CD 103
- CD 117
- CD 127
- MPO
- TdT
- HLA-DR
- IgM
- FMC 7
- Kappa
- Lambda
- Glykoforin A
- TCR alfa-beta
- TCR gama-delta
- HLA B27
- Fox P3
- Annexin V

Prof. Dr. Lütfü TAMER
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya A.D. Başk.
Dip No 36

Prof. Dr. M. Burak YAVUZ ÇİMEN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip No 2459

23. Aşağıda test adı ve sayıları belirtilen test miktarı istenmektedir.

MONOKLONAL ANTİKOR		KATALOG NO	ADET	TEST SAYISI
CD45	APC	340910	3	300
CD7	FITC	332773	2	100
CD25	FITC	560990	2	50
CD34	FITC	345801	1	100
CD4	FITC	340133	1	100
CD56	FITC	345811	1	50
HLA-DR	FITC	347400	1	100
CD117	PE	332785	1	50
CD11b	PE	333142	1	100
CD11c	PE	333149	1	100
CD13	PE	347406	2	200
CD19	PE	345789	2	100
CD14	PerCP	345786	2	100
CD3	PerCP	345766	1	100
CD33	PerCP	333146	1	50
HLA-DR	PerCP	347402	1	100
IgM	PerCP	561285	2	100
CD3/CD4/CD8		342414	2	300
TruCount Tup		340334	3	150
B27		340183	1	50
CD3/CD4/CD25		333170	1	150
Kappa/Lambda/19		331355	1	150

TOPLAM: 2600

Prof. Dr. Lütfü TAMER
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya A.D. Başk.
Dip No : 36

Prof. Dr. M. Burak Yavaş CİMEN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya
Dip Tes No : 2459