

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

05/06/2020

İlan No : 2020-06-2156
İstem No : 53940
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 08/06/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KILIF, MİKROSKOP, OPMI PENTERO MODELİNE UYUMLU	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KILIF, MİKROSKOP, OPMI PENTERO MODELİNE UYUMLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alımı yapılacak olan steril örtü, kurumumuzda mevcut Carl Zeiss marka, OPMI PENTERO model ameliyat mikroskobu ile tam uyumlu olmalıdır.
2. Steril örtünün objektif genişliği 65mm olmalıdır.
3. Steril örtünün, ameliyat esnasındaki sıvı sıçramalarına karşı objektifi koruyan, istenildiğinde takılıp-çıkarılabilen ve hekimin görüntü kalitesini düşürmeyen bir koruyucu kapağı bulunmalıdır.
4. Steril örtünün koruyucu kapağı, ışığın geçişine kısmen bile olsa engel olmamalı, aydınlatmayı azaltmamalıdır.
5. Steril örtünün, yapısı asistan gözlem tüpünün geçebileceği sağ ve sol taraflarında yeri bulunmalıdır.
6. Steril örtü şeffaf yapıda olmalı ve mikroskoba takıldıktan sonra mikroskobun düğmeleri görülebilmelidir.
7. Steril örtünün mikroskoba takılmasını takiben, mikroskop başlığı tam olarak steril edilmiş olmalıdır.
8. Örtü üzerinde yer alan açıklıklar yardımıyla oküler uçları dışarıda kalabilmelidir.
9. Steril örtü, dayanıklı, şeffaf, yumuşak ve kolayca takılabilen bir yapıya sahip olmalıdır.


Dr. Öğr. Uzm. Dr. Vural HAMZA OĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No: 11469/94361


Prof. Dr. Celal BACIOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nöroşirürji A.D. Başkanı
Dip. Tes. No: 87 101