

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

03/06/2020

İlan No : 2020-06-2113
İstem No : 53967
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Bakteriyoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/06/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BASİTRASİN DİSKİ	3	Kutu					
2	BESİYERİ, SABOURAUD DEXTROZ, AGAR	4	Kutu					
3	OPTOKİN DİSKİ	2	Kutu					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-lhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TEKNİK ŞARTNAME

1. Basitrasin Diski;
 1. Steril olarak blister ambalajlarda her kutuda 5 kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici silika jel bulunmalıdır.
 2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, içerdği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
 3. Antibiyogram diskleri CLSI ve EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir. Disklerin herbiri 0,04 ünite madde içermelidir.
 4. Laboratuvara teslim tarihi itibariyle son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.
2. Besiyeri, Sabouraud Dextroz Agar;
 1. Besiyerleri toz yapıda olmalıdır.
 2. 500 gr' lık ambalajlarda ve oda sıcaklığı koşullarında saklanmalıdır.
 3. Kutuların üzerinde besiyerinin adı, saklama koşulları, formülasyonu, lot numarası, son kullanım tarihi ve hazırlanışı açıkça belirtilmiş olmalıdır.
 4. Laboratuvar çalışanlarının güvenliği açısından besiyerlerinin formülasyonunda toksik ve zararlı maddeleri bulundurmaması gereklidir.
 5. Laboratuvara teslim tarihi itibariyle son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır
 6. Besiyerlerine standart suşlar ile ekim yapılarak üremeleri değerlendirilecek ve uygunluk buna göre verilecektir.
3. Optokin Diski;
 1. Steril olarak blister ambalajlarda bir kutuda 5 kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici silika jel bulunmalıdır.
 2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, içerdği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
 3. Diskler 5µg optokin içermeli ve 6 mm çapında olmalıdır.
 4. Laboratuvara teslim tarihi itibariyle son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Nuran DELIALIOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Dip Tes No 8381

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK
MEÜ Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Doçent Uzman
Dip. No 8381