

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

05/06/2020

İlan No : 2020-06-2135
İstem No : 54032
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 08/06/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DRENAJ SETİ, EXTERNAL, VENTRİKÜLER, YETİŞKİN	30	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-**Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DRENAJ SETİ, EXTERNAL, VENTRİKÜLER, YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EVD sistemi CSF drenajı sağlamak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. EVD kateteri 9 F, iç çapı 1.5mm, dış çapı 3.0mm ve 300mm uzunluğunda olmalıdır.
3. Katater silikon'dan mamül edilmiş olmalıdır.
4. Katater uzunluk işaretleri 5cm den 15 cm e kadar 1cm aralıklı 7 ve 10 cm işaretleri kalın işaretlenmiş olmalıdır.
5. Eksternal Ventriküler drenaj kateteri MR ve CT uyumlu radiopak olmalıdır.
6. Kataterin ventriküler drenaj kitine bağlantı yapılmasına imkan veren luer lock adaptörü mevcut olmalıdır.
7. Drenaj sistemde damlalık bölümünde ve torba bölümünde 2'şer adet klemp bulunmalıdır.
8. EVD sistemi çift steril paketlerde olmalıdır. Sistem kapalı sistem olmalıdır.
9. Sistemde ICP bağlanmasına olanak sağlayan 2 adet 3 yollu musluk ve ICP bağlanma noktasının kapaklı luer konnektörü mevcut olmalıdır.
10. Musluk üzerinde BOS örnek alımını ve ilaç gönderimini sağlayan enjeksiyon portu bulunmalıdır.
11. Sistem üzerinde 120ml lik 5ml aralıklı rakamsal derecelendirilmiş 120 ml kapasiteli büret üzerinde klempli bakteri filtresi ve ball-valve mekanizmalı check valve mevcut olmalıdır.
12. Eksternal Ventriküler Drenaj Sisteminin 700 ml hacminde askı ipli bakteri filtreli torbası mevcut olmalıdır. Torbanın altında BOS sıvısını boşaltmayı sağlayan boşaltma vanası olmalıdır.
13. Büret'in kolay sabitlenebilmesi için 2(iki) adet bant sistemi olmalıdır.


Dr. Özgür Vural HAMZAOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Fakülte No: 1146502/2017


Prof. Dr. Celal BAĞCIOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nöroloji A.D. Başkanı
Diy. Tos. No: 87 153