

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

05/06/2020

İlan No : 2020-06-2138
İstem No : 54043
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/06/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	AĞIZ BAKIM SETİ	2000	Adet					
2	ALÇI SARGI, 20CM	3000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2.KEZ İLANA ÇIKILMIŞTIR!!!

1- AĞIZ BAKIM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ağız bakım seti hastalarda ağız kuruluğunu önlemek, ağız hijyeni ve ağız PH dengesini sağlamak amacıyla formüle edilmiş olmalıdır.
2. Her sette ağız temizlemeye elverişli uzunlukta ve ağızda toksik etkisi olmayan medikal süngerden yapılmış en az 10 adet swap olmalıdır. (Listedeki 1 adet 1 seti ifade eder)
3. Alkol içermemeli, kokusu hoş olmalı, ağızda ferahlık hissi vermelidir.
4. Set içinde ilaç kupası olmalıdır.
5. Her sette ağız ve dudağı uzun süre nemli tutan bir nemlendirici solüsyon bulunmalıdır.
6. Solüsyon %2 Klorhexidin Glukonat içermelidir.
7. Solüsyon miktarı swaplara yetecek miktarda olmalıdır.
8. Sünger çubuğundan kolaylıkla çıkamalıdır.

Nurşen Çavdar
Uzm. Hemş. Nurşen ÇAVDAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı

Müjde Müjde
Uzm. Hemş. Müjde MÜJDE
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı

2- ALÇI SARGI, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Beyazlatılmış pamuk ipliğinden keten tipi dokunmuş bez üzerine kalsiyum sülfat hemihidrat alfa ve beta formları emdirilerek üzerine alçı sürülmüş bir bandaj olmalıdır.
2. Her bandaj ayrı ayrı su ve nem geçirmez özel ambalajlara sarılı olmalıdır.
3. Bandajlar 2-10 saniye su içerisinde kaldıktan sonra 2 dakikada sertleşmeye başlayacak ve 3-5 dakikada tamamen sertleşmiş olmalıdır.
4. Beze emdirilmiş olan alçı, sargı ambalajından çıkarıldığında bezden kolayca dökülmemelidir.

Selvinaz BAŞPINAR

Ortopedi Teknikeri



Sağlık Memuru
Mustafa YIGİT
Ortopedi Polikliniği

