

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

12/06/2020

İlan No : 2020-06-2239
İstem No : 54047
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Gastroenteroloji / Çocuk Gastroenteroloji Sağlık Kurulu
Konu : SARF MALZEME ALIM

ES

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/06/2020 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FORSEPS, ÜST GİS BİYOPSİ, AÇILI, İĞNESİZ, 2MMX155CM	5	Adet					
2	SNARE KATETERİ, POLİPEKTOMİ, ENDOSKOPIK, FİLELİ, 2.5MMX230CM	10	Adet					
3	LİGASYON SETİ, BAND, ÖZOFAGUS, ÇOKLU	10	Adet					
4	SNARE KATETERİ, POLİPEKTOMİ, ENDOSKOPIK, FİLELİ, 2.8MMX155CM	5	Adet					
5	SNARE KATETERİ, MUKOZEKTOMİ, ENDOSKOPIK, OVAL, 2MMX155CM	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1.FORSEPS, ÜST GİS BİYOPSİ, AÇILI, İĞNESİZ, 2MMX155CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen forseps tek kullanımlık olmalıdır.
2. Teklif edilen forseps oval kapakçıklara sahip olmalıdır.
3. Teklif edilen forseps 2.0 mm çapındaki endoskop kanalından geçebilir özellikte olmalıdır.
4. Teklif edilen forseps uzunluğu 1550mm olmalıdır.
5. Teklif edilen forsepsin şaftı plastik kaplı olmalıdır.
6. Teklif edilen forsepsin tutamak kısmı plastik olmalıdır.
7. Teklif edilen forseps dar alanda biopsi alamayı kolaylaştırıcı 90 derece dönebilen kapakçık yapısına sahip olmalıdır.
8. Kurumumuzda mevcut kullandığımız Olympus marka skoplar ile uyumlu olması gerekmektedir.

2.SNARE KATATERİ, POLİPEKTOMİ, ENDOSKOPIK, FİLELİ, 2.5MMX230CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polip çıkarmak için dizayn edilmiş olmalıdır
2. Filenin yapısı polipleri tutabilecek yapıda olmalı ve yakalanan poliplerin tekrar düşmemesi için tasarlanmış olmalıdır.
3. Disposable olmalıdır.
4. 2.8 mm'lik çalışma kanalından geçebilmelidir.
5. Filenin yaklaşık ölçüsü 3x6 cm olmalıdır.
6. Filenin güçlü tel yapısı olmalıdır.
7. File, sıvı ile temas halinde olduğu zaman yapışkan özellik göstererek polipleri tutma niteliğine sahip olmalı ve birden fazla polipi toplayarak çıkarabilecek nitelikte olmalıdır.
8. Tek elle manipülasyona izin verecek yapıda olmalıdır.

3.LİGASYON BANDI, ÖZOFAGUS, ÇOKLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 5-7 bant atabilmelidir.
2. 2.8 mm'lik çalışma kanalından geçebilmelidir.
3. Endoskop görüş sahasını daraltmamalıdır.
4. Bantları taşıyan sistem (handle) endoskopun çalışma kanalına oturmalıdır.

Prof. Dr. Yusuf USTA
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji ve Hepato-Biliyer Hastalıkları
Dış Tıp No: 12701-2023

Uzm. Dr. Ayhan GÜLSEREN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji ve Hepato-Biliyer Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dış Tıp No: 163683

4.SNARE KATETERİ, POLİPEKTOMİ, ENDOSKOPİK, FİLELİ, 2.8MMX155CMTEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polip çıkarmak için dizayn edilmiş olmalıdır
2. Filenin yapısı polipleri tutabilecek yapıda olmalı ve yakalanan poliplerin tekrar düşmemesi için tasarlanmış olmalıdır.
3. Disposable olmalıdır.
4. 2.8 mm'lik çalışma kanalından geçebilmelidir.
5. Filenin yaklaşık ölçüsü 3x6 cm olmalıdır.
6. Filenin güçlü tel yapısı olmalıdır.
7. File, sıvı ile temas halinde olduğu zaman yapışkan özellik göstererek polipleri tutma niteliğine sahip olmalı ve birden fazla polipi toplayarak çıkarabilecek nitelikte olmalıdır.
8. Tek elle manipülasyona izin verecek yapıda olmalıdır.

Prof. Dr. Yusuf S. S. S.
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Gastroenteroloji Hastalıkları ve Bedenlenmesi
Diy. Tel. No. 0312 255 7025

Uzm. Dr. Arzu GÜLSEREN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Diy. Tel. No. 163613

5-SNAER KATETERİ,MUKOZEKTOMİ,ENDOSKOPİK.OVAL,2MMX155CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen snare, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Teklif edilen snare yarım ay şeklinde endoskopik mukozal rezeksiyona yapmaya uygun olmalıdır.
3. Teklif edilen snare distal ataçman ile birlikte kullanılmaya uygun olmalıdır.
4. Teklif edilen snare telleri esnek yapıya olmalıdır.
5. Teklif edilen snare tutamağı üzerinde snare açılma açısını gösteren cm cinsinden işaretler olmalıdır.
6. Teklif edilen snare çalışma kanalı çapı en az 2.0mm olan endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
7. Teklif edilen snare, çalışma uzunluğu 1650 mm olmalıdır.
8. Teklif edilen snare loop çapı 25 mm olmalıdır.
9. Teklif edilen snare telinin çapı 0.3 mm olmalıdır.
10. Teklif edilen ürün bölüm tarafından uygunluğu test edilerek onay verilecektir.

Prof. Dr. YusuŖ YILMAZ
Mersin Üniversitesi Hastahane
Gastroenteroloji ve Endoskopi
Bölümü
Diyarbakir 0150 411 11 51

Uzm. Dr. Arzu GÜLSEREN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dip. Teş. No: 162682