

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

04/06/2020

İlan No : 2020-06-2157
İstem No : 54082
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 08/06/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2.25MMX15MM	5	Adet					
2	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2.25MMX18MM	4	Adet					
3	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2.5MMX15MM	6	Adet					
4	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2.5MMX18MM	7	Adet					
5	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2.5MMX23MM	5	Adet					
6	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2.5MMX33MM	3	Adet					
7	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2.5MMX38MM	3	Adet					
8	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2.5MMX48MM	2	Adet					
9	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2.75MMX15MM	7	Adet					
10	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2.75MMX18MM	12	Adet					
11	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2.75MMX23MM	9	Adet					
12	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2.75MMX28MM	2	Adet					
13	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2.75MMX33MM	2	Adet					
14	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2.75MMX38MM	3	Adet					
15	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2.75MMX48MM	1	Adet					
16	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 3MMX15MM	18	Adet					
17	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 3MMX23MM	6	Adet					
18	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 3MMX33MM	2	Adet					
19	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 3MMX38MM	1	Adet					
20	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 3MMX48MM	1	Adet					
21	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 3MMX28MM	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Koroner arter stentlemesine uygun yapıda olmalıdır.
2. Stent yan dal geçişlerine uygun olmalıdır.
3. Stent, balon kateter üzerine yüklenmiş ve direkt stent uygulamalarına olanak vermelidir.
4. Stent kalsifik ve tortuyoz lezyon geçişleri için güçlü radyal force ve flexibiliteye sahipt olmalı ve balon üzerinden sıyrılmamalıdır.
5. Stent üzerine yüklenen ilaç Everolimus, Zotarolimus, Sirolimus veya Biolimus olmalıdır.
6. Stentin materyali kobalt –krom olmalı ve MR görüntülemeye güvenli olmalıdır.
7. Taşıma sistemi balonu semi-kompliyan ve giriş profilini düşürecek şekilde teknolojiye sahip olmalıdır.
8. Stentin üzerine krimp edildiği balon yüksek basınca dayanıklı teknoloji ile yapılmalıdır ve minimum patlama basıncı 15 atm olmalıdır.
9. Stent taşıma sistemi 0.014" klavuz tel ile uyumludur.
10. Stent iletim sisteminin proximal shaft çapı en fazla 2.3F, distal shaft çapı en fazla 2.7F olmalıdır.
11. Stentin strut kalınlığı en fazla 0.0036" (inch) olmalıdır.
12. Stent 5 F guiding kateter ile kullanılabilirdir.
13. İletim sisteminin üzerinde 2 adet radyoopak marker bulunmalıdır.
14. Üretilen son jenerasyon ürün olmalıdır.

Prof. Dr. M. Necdet AKKUŞ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kardiyoloji A.D. Kardiyoloji ve İç Hast. Uzm.
Dip. Tes. No.: 7582

Minever BUĞDAY
Koroner Giriş Sorunu Hemşiresi

Doç. Dr. Ahmet ÇELİK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kardiyoloji
Dip. Tes. No. 124812/88649