

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

12/06/2020

İlan No : 2020-06-2238
İstem No : 54136
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMLI

AA

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 15/06/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SHUNT KİTİ, PROGRAMLANABİLİR, VENTİKÜLOPERİTONEAL, REZERVUARLI	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SHUNT KİTİ, PROGRAMLANABİLİR, VENTİKÜLOPERİTONEAL, REZERVUARLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Düz tabanlı olmalıdır.
2. Valf sistemine, BOS örneği alabilmek, sistemin işlerliğini kontrol edebilmek amaçlı entegre rezervuar sistemi bulunmalıdır.
3. Teklif edilecek valf 3 TESLA MR uyumlu olmalıdır. Bu özellik açıkça gösterilmelidir. Gerektiğinde etkilenip etkilenmediği MR cihazımızda test edilecektir.
4. Teklif edilecek valf gövdesinde, istenilen basınç değerini ayarlamak amacıyla rubi topa baskı uygulayıp mekanizmayı harekete geçiren basınç-kontrol mekanizması bulunmalıdır.
5. Teklif edilecek silikon elastomer valf birimi valf mekanizmasını içermelidir.
6. Çıkış plastik valf bölümü doğrudan drenaj kataterinin takılması için uç konnektörü içermelidir.
7. Valf ile beraber en az 1.4 mm iç çap , en 2.7 mm dış çaplı ventriküler kateter ve en az 1.0mm iç çaplı , en az 2.7 mm dış çaplı distal kateter verilmelidir.
8. Valf gövdesinde, en az 4 adet sütür deliği bulunmalıdır.
9. Programlayıcı 30-210(+) mm H₂O aralıklarında 8 ayrı basınç seçeneği uygulayabilecek şekilde kodlanmış manyetik sinyal yollayabilmelidir. Ayarlanan basınç seviyesi kendini kilitlemeli ve bu sayede basınç ayarı değişmemelidir.
10. İstenildiğinde veya gerektiğinde (MR çekimi, Operasyon, Yüksek akıma maruz kalma, yüksek manyetik alanda bulunma) shunt ayarı sıfırlanarak kapatılabilmelidir. İşlem sonrası tekrar istenilen ayara getirilebilmelidir.
11. En düşük basınç değerinden en yüksek basınç değerine çift taraflı olası geçişi engellemek ve hasta güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik mekanizması bulunmalıdır.
12. Programlama cihazı, hastanın konumundan bağımsız, yatarken veya ayakta tercihe bağlı olarak kullanılabilecek şekilde basit ve kompakt bir yapıda dizayn edilmiş olmalıdır. Ortasında tam shunt şeklinde bir boşluk bulunmalı, mekanizma buraya sorunsuz oturmalıdır.
13. Valfin gövdesinin kalınlığı 7mm'yi ve boyu da 50mm'yi geçmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.


Dr. Öğr. Üy. Yurak HAMZAOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 114656/94360



Prof. Dr. Cehmi BAĞDATÇI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nöroşirürji A.D. Başkanı
Dip. Tes. No.: 87 181