

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

16/06/2020

İlan No : 2020-06-2281
İstem No : 54183
Alım No :
Talep Eden Birim : ANESTEZİ ve REANİMASYON DEPOSU / Anestezi Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/06/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SİNİR BLOKAJ İĞNESİ, PERİFERİK, 22G, 80MM	20	Adet					
2	SİNİR BLOKAJ İĞNESİ, PERİFERİK, 22G, 50MM-55MM	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SİNİR BLOKAJ İĞNESİ, PERİFERİK, 22G, 80MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Özel izole edilmiş teflon kaplı olmalıdır. İğnenin ucundan tek noktadan ileti vermelidir. (Pinpoint elektrodlu olmalıdır.)
2. Düzgün üst yüzeyli olmalıdır.
3. Ponksiyon kanülü, ponksiyon derinliğini gösteren uzunluk işaretli olmalıdır.
4. Ponksiyon kanülü, sinir stimulatör cihazına uygun elektrik kablolu ve enjeksiyon/aspirasyon için kullanıma uygun uzatma line'lı olmalıdır.
5. Emin sinir lokalizasyonu için ultra ince atravmatik uçlu olmalıdır.
6. Geliştirilmiş dizaynı sayesinde ultrasonda görünürlüğü çok iyi olmalıdır. İğnenin sadece üst yüzeyinde yoğunlaşan özel çentikler sayesinde ultrasonda bir çizgi doğrultusunda net bir görüntü vermeli ve yansıtıcı yansımalarla izin vermemelidir. Bu özellik numune denenerek tespit edilecektir.
7. 15° bileyli ve
Çap 0.7 mm 22 G Uzunluk 80 mm olmalıdır

Prof. Dr. NURÇAN DÖRÜK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.
Dip. Tes. No.: 51793

Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa FAZİOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 99631

SİNİR BLOKAJ İĞNESİ, PERİFERİK, 22G, 50-55 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Özel izole edilmiş teflon kaplı olmalıdır. İğnenin ucundan tek noktadan ileti vermelidir. (Pinpoint elektrodlu olmalıdır.)

2-Düzgün üst yüzeyli olmalıdır.

3-Ponksiyon kanülü, ponksiyon derinliğini gösteren uzunluk işaretli olmalıdır.

4-Ponksiyon kanülü, sinir stimulatör cihazına uygun elektrik kablolu ve enjeksiyon/aspirasyon için kullanıma uygun uzatma line'lı olmalıdır.

5-Emin sinir lokalizasyonu için ultra ince atravmatik uçlu olmalıdır.

6-Geliştirilmiş dizaynı sayesinde ultrasonda görünürlüğü çok iyi olmalıdır. İğnenin sadece üst yüzeyinde yoğunlaşan özel çentikler sayesinde ultrasonda bir çizgi doğrultusunda net bir görüntü vermeli ve yansıtıcı yansımalarla izin vermemelidir. Bu özellik numune denenerek tespit edilecektir.

7-15° veya 30°bileyli ve

Çap	G	Uzunluk.
0.5 veya 07.mm	22G	50mm veya 55 mm olmalıdır.


Prof. Dr. Nuran DUTUK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No.: 51793


Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa KIZIL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No.: 99631