

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

25/06/2020

İlan No : 2020-06-2440
İstem No : 54341
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/06/2020 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KANAMA DURDURUCU, SELÜLOZ İÇEREN, 5CMX35CM	50	Adet					
2	KANAMA DURDURUCU, SELÜLOZ İÇEREN, 5CMX7.5CM	150	Adet					
3	GREFT, DURA, SERİLEBİLİR, DİKİLEBİLİR, 5CMX5CM	20	Adet					
4	BONEWAX	250	Adet					
5	KANAMA DURDURUCU, SELÜLOZ İÇEREN, FİBRİLER, EMİLEBİLEN, 5.1CMX10.2CM	50	Adet					
6	KANAMA DURDURUCU, SELÜLOZ İÇEREN, FİBRİLER, EMİLEBİLEN, 2.5CMX5.1CM	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1.KANAMA DURDURUCU, SELÜLOZ İÇEREN, 5CMX35CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz olmalıdır.
2. Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
3. Malzeme ortamın pH değerine düşürerek bakterisidal özelliğe sahip olmalıdır.
4. 3-4 dakikada güvenli hemostat sağlamalıdır.
5. Eldiven ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır.
6. Gama ışını ile steril edilmelidir.
7. Materyal 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
8. Kesildiğinde veya kan ve su ile temasında dağılmamalı ve sertleşme yapmamalıdır.

2. KANAMA DURDURUCU, SELÜLOZ İÇEREN, 5CMX7.5CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz olmalıdır.
2. Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
3. Malzeme ortamın pH değerine düşerek bakterisidal özelliğe sahip olmalıdır.
4. 3-4 dakikada güvenli hemostat sağlamalıdır.
5. Eldiven ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır.
6. Materyal 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
7. Kesildiğinde veya kan ve su ile temasında dağılmamalı ve sertleşme yapmamalıdır.

3. GREFT, DURA, SERİLEBİLİR, DİKİLEBİLİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dura materyali sığır kaynaklı (fetal bovin dermisinden) imal edilmiş olmalıdır.
2. Dura materyali her CSF basıncında sızdırmaz veya sızdırmaz olarak kullanılabilir. CSF basıncının yüksek olduğu yerlerde sızdırılabilmeli, CSF basıncının düşük olduğu yerlerde sızdırmaz kullanmadan serilerek uygulanabilmelidir.
3. Dura materyali kolojen bir yapıya sahip olmalıdır.
4. Dura materyali duranın oluşumunda zayıf bir biyolojik performans sergilememeli ve enfeksiyon riskine sahip olmamalıdır.
5. Dura materyali damarlı beyin hücrelerinin gelişiminde kanamaya sebebiyet vermemelidir.
6. Dura materyali dikişsiz olarak alerji yapmadan, su geçirmeden, hacim kaybına uğramadan, şişmeden ve terleme yapmadan kullanılabilir olmalı ve bu özellikler yapılan test ve araştırma sonuçları ile belgelenmelidir.
7. Teklif edilecek dura materyali kolojen matrix yapıda olmalıdır.
8. Teklif edilecek dura materyali valsalva tekniği kullanılarak yapılan intra torasik basınç yükselmelerine karşı dayanıklı olmalı ve BOS beyin omurilik sıvısını sızdırmamalı ve bu sızdırmazlık test ve araştırma sonuçları ile ispatlanmalıdır.
9. Teklif edilecek dura materyali duratomi işleminin gözlenebilmesi için uygulandığı bölgede yarı saydam hale gelmeli ve bu sayede greft bölgesinde duratomi işlemi rahatça gözlenebilmelidir.
10. Dura materyalinin spesifik uygulamalar için farklı boyutları olmalıdır.
11. Dura materyali, insan dokusuna uygun olmalı, naturel dokuya uyum problemi olmamalı ve uyum süreci hızlı olmalıdır.
12. Dura materyali uygulandığı yerde absorbe olurken yeni doğal dura oluşumunu sağlamalıdır. Yaklaşık 6-12 ay içerisinde yeni dura oluşumu gerçekleşmelidir.
13. Dura materyali kuru olarak paketlenmeli, oda sıcaklığında muhafaza edilebilmeli ve çok kısa bir sürede hazırlanıp kullanılabilir.
14. Dura materyali engebeli ve düz yüzeylere kolayca uygulanabilmelidir.
15. Dura materyali doğal dura kadar sağlam ve güçlü olmalıdır.
16. Dura materyali steril edilmiş olmalıdır.
17. Dura materyali %0.9 saline (serum fizyolojik) ile hidratlaşmalı, başka bir işleme ihtiyaç duymadan kullanılabilir.
18. Dura materyali %0.9 saline (serum fizyolojik) ile hidratlaşma işleminden önce ve sonra kesilerek şekil verilebilmeli ve iğne ile dikilebilmelidir.

Prof. Dr. Celal BAGDATOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nöroşirürji A.D. Başkanı
Pip. Tes. No: 87 161

Dr. Öğr. Üy. Hakan Ç. Ç. Ç.
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Tıbbi Fak. No: 100070

4. BONEVAX TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme en az 2,5 gr'lık poşetlerde olmalıdır.
2. Kemikteki kanamalara karşı hemostatik etki göstermelidir.
3. Jelatine sarılı ve bir yüzü baskılı, etiketli, sürgülü mukavvadan yapılmış kutu bulunmalıdır.

5. KANAMA DURDURUCU, SELÜLOZ İÇEREN, FİBRİLER, EMİLEBİLEN, 2.5CMX5.1CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hammaddesi, Rayon fiberden üretilmiş okside edilmiş rejenere selüloz olmalıdır.
2. Yapısı fibrillar formda ve yedi ayrı katmandan oluşmalıdır.
3. Kullanım kolaylığı açısından 7 Katmana ayrılabilir, tutamtutam çekilebilir ve düzgün olmayan yüzeylere uygulanabilir ve hızlı erir özellikte olmalıdır.
4. Ürün kullanım sırasında vazokonstrüksiyonu hızlandırarak, %100 güvenli hemostaz sağlamalıdır.
5. Okside rejenere selülöz yapılı bu malzeme, kuru ortamda neutral pH'a sahip olup, kanla temas halindeyken ortamın pH seviyesini düşürür ve ortamın 24 saat sonraki pH'ı maksimum 4 olmalıdır.
6. Malzeme, paketten çıkartıldığında sert değildir. Homojen dokuma yapısı sayesinde kolayca parçalanmaz ve uygulama esnasında; sıvı (kan veya su) ile temas ettiğinde jelleşme, özelliği göstermelidir.
7. Şeffaf olma özelliğinden kanama odağı izlenebilir olmalıdır, üzerinden koter ile müdahale edilebilmelidir.
8. Fındık tamponlar halinde ve sünger gibi rulo halinde katlanabilir olmalıdır.
9. 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
10. Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.

6. KANAMA DURDURUCU, SELÜLOZ İÇEREN, FİBRİLER, EMİLEBİLEN, 5.1CMX10.2CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hammaddesi, Rayon fiberden üretilmiş okside edilmiş rejenere selüloz olmalıdır.
2. Yapısı fibrillar formda ve yedi ayrı katmandan oluşmalıdır.
3. Kullanım kolaylığı açısından 7 Katmana ayrılabilir, tutam tutam çekilebilir ve düzgün olmayan yüzeylere uygulanabilir ve hızlı erir özellikte olmalıdır.
4. Ürün kullanım sırasında vazokonstrüksiyonu hızlandırarak, %100 güvenli hemostaz sağlamalıdır.
5. Okside rejenere selülöz yapılı bu malzeme, kuru ortamda neutral pH'a sahip olup, kanla temas halindeyken ortamın pH seviyesini düşürür ve ortamın 24 saat sonraki pH'ı maksimum 4 olmalıdır.
6. Malzeme, paketten çıkartıldığında sert değildir. Homojen dokuma yapısı sayesinde kolayca parçalanmaz ve uygulama esnasında; sıvı (kan veya su) ile temas ettiğinde jelleşme, özelliği göstermelidir.
7. Şeffaf olma özelliğinden kanama odağı izlenebilir olmalıdır, üzerinden koter ile müdahale edilebilmelidir.
8. Fındık tamponlar halinde ve sünger gibi rulo halinde katlanabilir olmalıdır.
9. 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
10. Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.

Prof. Dr. Celal BAĞDATOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nöroçirüşi A.D. Başkanı
Dip. Tes. No: 157/2011

Dr. Öğr. Üy. Hakan ÖZALP
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Bevin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No: 157/2011