

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

26/06/2020

İlan No : 2020-06-2485
İstem No : 54344
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/06/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ARKA KAPAK MENTEŞE SETİ, KÜVÖZ İÇİN	5	Set					
2	KABLO KANALI, AÇIK YATAK İÇİN	40	Adet					
3	KABLO KANALI, KÜVÖZ İÇİN	40	Adet					
4	KAPAK MANDALI, KÜVÖZ İÇİN	45	Adet					
5	YAN KİLİT SETİ, KÜVÖZ ALGILAYICI BİRİMİ İÇİN	5	Set					
6	ÖN KAPAK MENTEŞE SETİ, KÜVÖZ İÇİN	5	Set					
7	ÜST KAPAK MANDALI, KÜVÖZ İÇİN	20	Adet					
8	İÇ KAPAK MANDALI, KÜVÖZ İÇİN	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KÜVÖZ ÖN- ARKA MENTEŞE VE ALGILAYICI YAN KİLİT APARATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Drager marka Isolette 8000 model küvöz e uyumlu olması gerekmektedir.
2. Aparatlar (sağ sol) set halinde olmalıdır.
3. Uygunluk verilebilmesi için numune gerekmektedir.
4. Ge belgesine sahip olması gerekmektedir.

KÜVÖZ KABLO KANALI ,KAPAK YAN MANDALI,ÜST KAPAK MANDALI VE İÇ KAPAK MANDALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Drager marka Isolette 8000 model küvöz e uyumlu olması gerekmektedir.
2. Aparatlar adet şeklinde olmalıdır.
3. Uygunluk verilebilmesi için numune gerekmektedir.
4. Ge belgesine sahip olması gerekmektedir.

AÇIK YATAK KABLO KANALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Drager marka BABYTHERM 8004 model açık yataklara uyumlu olması gerekmektedir.
2. Aparatlar adet şeklinde olmalıdır.
3. Uygunluk verilebilmesi için numune gerekmektedir.
4. Ge belgesine sahip olması gerekmektedir.

Kayhan DİKMEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen

Ömercan DİNÇEK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker