

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

25/06/2020

İlan No : 2020-06-2439
İstem No : 54398
Alım No :
Talep Eden Birim : ANESTEZİ ve REANİMASYON DEPOSU / Anestezi Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/06/2020 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KAPNOGRAM LINE, NONİNVAZİV/SPONTAN SOLUNUM İÇİN, PEDIATRİK	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KAPNOGRAF LINE,NONİNVAZİV/SPONTAN SOLUNUM PEDIATRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pediatrik hastada Kapnograf Line; mikrostream metodu ile ölçüm yapan cihazlarda End-tidal örnekleme yapabilmelidir.
2. Pediatrik hastada Filterline'in entübe edilmemiş hastalarda da nasal olarak kullanılabilirdir.
3. Pediatrik hastada Non-Entübe hastalarda kullanılacak Kapnograf Linelaren az 24 saat sürekli kullanıma müsait olmalıdır.
4. Pediatrik hastada Non-Entübe hastalarda kullanılacak Kapnograf Linelar; en az 2 m. olmalıdır.
5. Pediatrik hastada Endoskopi, Bronokospi uygulamalarında kullanılmak üzere spesifik Kapnograf Line tercihi olmalıdır.
6. Pediatrik hastada Non-entübe hastalarda kullanılacak Kapnograf Linelar; yoğunbakım şartlarında nemlendirme uygulanan hastalarda kullanılabilmesi için 45 mikron hydrophobic filtresi olmalıdır.
7. Ürün ithal ise ISO, CE gibi uluslararası satandartlar belgesine, yerli ise TSE belgesine sahip olmalı ve teklif ile beraber verilmelidir.
8. Telimat yapacak firma yukarıdaki özellikleri bulunan 100 adet Kapnograf Linelar ile birlikte aşağıda özellikleri bulunan 1 adet Kapnograf cihazını konsinye olarak hastane kullanımına verecektir.
 1. Non invaziv olarak kullanılan hatlarda aynı zamanda pediatrik hastalara oksijen verilebilmelidir.
 2. Cihazın Ekran Büyüklüğü en az 6.4 inch olmalıdır.
 3. Cihazda pediatrik SpO₂, nabız (HR), EtCO₂, solunum sayısı (RR), FiCO₂ parametreleri takip edilebilmelidir.
 4. Cihaz pediatrik SpO₂, nabız (HR), EtCO₂, solunum sayısı (RR) parametrelerini belirli bir algorithmada hesaplayarak yetişkin hastaya ait IPI (Integrated Pulmonary Index) skalasını göstermelidir. Bu skala kullanıcıyı hastaya müdahale edilmesi gereken durumlarda uymalıdır.
 5. Cihazın ekranında SpO₂, HR, EtCO₂, RR parametreleri ile beraber SPO₂ (plethsimografik) ve CO₂ dalga formlarını da göstermeli ve pulse şiddetini gösterir logaritmik bar olmalıdır.
 6. Cihazın saturasyon ölçüm sınırı %1-100 arası olmalıdır.
 7. Cihazın nabız ölçüm aralığı 20-250 atım/dakika olmalıdır.
 8. Cihazın EtCO₂ ölçüm aralığı 0-150 mmHg arasında olmalıdır.
 9. Cihazın solunum ölçüm aralığı 0-150 Nefes/dk olmalıdır.
 10. Cihazda EtCO₂ yüksek ve düşük alarm, SPO₂ yüksek ve düşük, solunum sayısı yüksek ve düşük, IPI düşük (Integrated Pulmonary Index) alarm için ayarlanabilir alarm limitleri bulunmalıdır.
 11. EtCO₂ ölçüm tekniği microstream olmalıdır.
 12. Cihazın EtCO₂ ölçümü için kullandığı örnekleme miktarı en fazla 50 ml/dak olmalıdır.
 13. Cihazın dahili bataryası olmalı ve batarya tam şarjlı iken cihazı 2,5 saate kadar çalıştırabilmelidir. Cihaz 220V/50Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmeli ve şebeke gerilimine bağlı iken batarya otomatik olarak şarj olmalıdır.
 14. Cihaz ve Kapnograf Line birebir uyumlu olmalıdır.
 15. Cihaz ve Kapnograf Line denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Prof. Dr. Nurcan DÖRÜK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.
Dip. Tes. No.: 51783

Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa AZİZÖÇÜ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 99631