

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

25/06/2020

İlan No : 2020-06-2441
İstem No : 54427
Alım No :
Talep Eden Birim : Kadın Hastalıkları ve Doğum / Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/06/2020 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	VAJİNAL BANT, HELİCAL SET, İDRAR TUTAMAMA İÇİN	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

MESANE ASKISI, TRANSOBTURATOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün Stress İnkontinans hastalığını tedavi etmek üzere üretral destek sağlamak üzere dizayn edilmiş olmalı ve dıştan içe teknikle yerleştirilmelidir.
2. Sistem steril pakette, set halinde, iki adet helikal iğne ya da bir adet kavisli iğne ve meshten oluşmalıdır.
3. İğne tutucu bölümü hariç en az 15 cm uzunluğunda olmalıdır.
4. İğne helikal (halo) şeklinde ya da kavisli (curved) şeklinde seçenekli olmalıdır.
5. İğne çapı 3 mm olmalıdır.
6. İğne ucu konik şekilde incelmelidir.
7. İğne çelikten yapılmış olmalıdır.
8. İğne tutucusu plastik ve ergonomik olmalıdır.
9. İğnenin ucunda meshin koruyucusunda bulunan loopların yerleşeceği odacıklar bulunmalıdır.
10. Mesh ,birbirine örülmüş biocompatible madde olan polypropyleneden yapılmış olmalıdır. Monoflaman ve büyük gözenekli olmalıdır.
11. Mesh fasya dokusuyla temasta yapışacak, kenarları balık sırtı şeklinde olmalıdır.
12. Mesh en az 1cm eninde ve 45 cm uzunluğunda olmalıdır.
13. Meshin tamamı plastik bir koruyucu ile sabit olarak sarılmış olmalıdır.
14. Bu koruyucunun uç bölgesinde iğnenin üstündeki odacıklara rahatça geçecek iki adet mavi uçlu loop olmalıdır, alt bölgede uretrayı bulma kolaylığı ve koruyucu plastiği meshten ayırmaya yarayan mavi merkezleme sapı olmalıdır.
15. Mesh uretra ayarlanması sırasında perforasyonu engellemelidir.

Prof. Dr. Fikri Gürkan YAZICI
NEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Medikal ve Sağlık
Dip. No: 89010

[Signature]