

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

29/06/2020

İlan No : 2020-06-2488
İstem No : 54430
Alım No :
Talep Eden Birim : Acil Erişkin / Acil Servis
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 01/07/2020 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MASKE, LARYNGEAL, REUSABLE, NO:3	5	Adet					
2	MASKE, LARYNGEAL, REUSABLE, NO:4	10	Adet					
3	MASKE, LARYNGEAL, REUSABLE, NO:5	5	Adet					
4	MASKE, LARYNGEAL, GASTRİK KANALLI, REUSABLE, NO:4	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12-Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

MASKE, LARYNGEAL, DISPOSABLE NO: 3; 4; 5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
- 2- Tek kullanımlık olmalıdır.
- 3-Silikondan yapılmalıdır. Latex içermemelidir.
- 4-Kaf içinde (tabanında) bulunan havalandırma deliğinin en az üç gözeneği olmalıdır.
- 5-Tek kafli olacak ve kaf kısmı larinkse oturacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 6-Ucunda Anestezi devresine bağlanmayı sağlayıcı 15mm'lik standart konnektörü bulunmalıdır

LARYNGEAL, FLEXIBLE, NO: 3; 4; 5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
2. Silikondan yapılmalıdır. Spirallı yapıda olmalı, latex içermemeli, tek kullanımlık olmalıdır.
3. Kaf içinde (tabanında) bulunan havalandırma deliğinin en az 3 gözeneği olmalıdır.
4. Tek kafli olacak ve kaf kısmı larinkse oturacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
5. Ucunda anestezi devresine bağlanmayı sağlayıcı 15mm'lik standart konnektörü bulunmalıdır.
6. Hava yolu tüpünün optimal esnekliği olmalı, bu sayede glotis çevresine kafın kolayca oturmasını sağlayabilmelidir.
7. Esnek hava yolu tüpünün üzerinde maskenin şişirilme basıncı, kullanılacak ağırlık boyutları ve maske numarası olmalıdır.

MASKE, LARYNGEAL, REUSABLE, NO: 3; 4; 5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
- 2-Steril edilebilmeli ve en az 40 kullanıma uygun olmalıdır.
- 3-Silikondan yapılmalıdır. Latex içermemelidir.
- 4-Kaf içinde (tabanında) bulunan havalandırma deliğinin en az üç gözeneği olmalıdır.
- 5-Tek kafli olacak ve kaf kısmı larinkse oturacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 6-Ucunda Anestezi devresine bağlanmayı sağlayıcı 15mm'lik standart konnektörü bulunmalıdır.

LMA (Gastrik Kanallı) (Reusable)Teknik şartnamesi

1. Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
2. Silikondan yapılmalıdır. Latex içermemelidir.
3. Kaf içinde (tabanında) bulunan havalandırma deliğinin en az üç gözeneği olmalıdır.
4. Tek kafli olacak ve kaf kısmı larinkse oturacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
5. Ucunda Anestezi devresine bağlanmayı sağlayıcı 15mm'lik standart konnektörü bulunmalıdır.
6. Nazogastrik kanalı sayesinde mide aspirasyonu yapılabilirdir.

Zeliha CANCAN
Yetişkin Acil Servis
Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. Cüneyt AYRIK
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Acil Tıp A.D.
Dip Tes. No.: 48103-83184